

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	67	Krevní skupina: 0	35 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Krevní skupina: 0	5,2 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	7	Krevní skupina: 0	3,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,52 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,52 %
	(6) Mikrotit. des. bez centrifug.	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	40	Krevní skupina: 0	21 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	65	Krevní skupina: 0	34 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,52 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,52 %
	Celkem za vzorek: n = 194		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	1	Neuvedeno	0,52 %
		>>>	66	Krevní skupina: B	34 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1	Neuvedeno	0,52 %
		>>>	9	Krevní skupina: B	4,6 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	7	Krevní skupina: B	3,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	1	Krevní skupina: B	0,52 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Krevní skupina: B	0,52 %
	(6) Mikrotit. des. bez centrifug.	>>>	1	Krevní skupina: B	0,52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Neuvedeno	0,52 %
		>>>	39	Krevní skupina: B	20 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	65	Krevní skupina: B	34 %
(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: B	0,52 %	
(99) Jiný princip měření	>>>	1	Krevní skupina: B	0,52 %	
Celkem za vzorek: n = 194		Úspěšnost: 98 %			

Celková úspěšnost: 98 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,81 %	
	(1) Zkumavkový test	>>>	50	Negativní (RhD-)	41 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Negativní (RhD-)	8,1 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	19	Negativní (RhD-)	15 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	38	Negativní (RhD-)	31 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,81 %	
	Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,81 %
		(1) Zkumavkový test	>>>	50	Negativní (RhD-)	41 %
(2) Mikrotit. des. - aut.		>>>	10	Negativní (RhD-)	8,1 %	
(3) Mikrotit. des. - man.		>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %	
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>>	19	Negativní (RhD-)	15 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>>	38	Negativní (RhD-)	31 %	
(10) Pevná fáze		>>>	1	Negativní (RhD-)	0,81 %	
Celkem za vzorek: n = 123		Úspěšnost: 100 %				

Celková úspěšnost: 100 %

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	70	Negativní (RhD-)	39 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	7	Negativní (RhD-)	3,9 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	3	Negativní (RhD-)	1,7 %	
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,56 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	38	Negativní (RhD-)	21 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	59	Negativní (RhD-)	33 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,56 %	
	Celkem za vzorek: n = 179		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	70	Negativní (RhD-)	39 %
		(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	7	Negativní (RhD-)	3,9 %
		(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	3	Negativní (RhD-)	1,7 %
(5) Mikrotit. des. - předk. - man.		>>>	1	Negativní (RhD-)	0,56 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>>	38	Negativní (RhD-)	21 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>>	59	Negativní (RhD-)	33 %	
(10) Pevná fáze		>>>	1	Negativní (RhD-)	0,56 %	

Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 179		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(715) Antigen C				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 13	Negativní	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 54	Negativní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 13	Negativní	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 54	Negativní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(716) Antigen c				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Pozitivní	6,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 13	Pozitivní	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 54	Pozitivní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Pozitivní	6,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 13	Pozitivní	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 54	Pozitivní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(717) Antigen Cw				
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Negativní	28 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 5	Negativní	6,7 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 11	Negativní	15 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 37	Negativní	49 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Negativní	28 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 5	Negativní	6,7 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 11	Negativní	15 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 37	Negativní	49 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(718) Antigen E				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 13	Negativní	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 54	Negativní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	6,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 13	Negativní	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 54	Negativní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(719) Antigen e				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Pozitivní	6,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 13	Pozitivní	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 54	Pozitivní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Pozitivní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Pozitivní	6,2 %

Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 13	Pozitivní	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 54	Pozitivní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	5,7 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>> 1	Negativní	0,95 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Negativní	14 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 57	Negativní	54 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,95 %
Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Negativní	24 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 6	Negativní	5,7 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>> 1	Negativní	0,95 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 15	Negativní	14 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 57	Negativní	54 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,95 %
Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Pozitivní	53 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	4,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Pozitivní	34 %
	(10) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Pozitivní	53 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	4,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Pozitivní	34 %
	(10) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(722) Antigen M

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 26	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 20	Pozitivní	39 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 26	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 20	Pozitivní	39 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	40 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	40 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Negativní	48 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	6,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Negativní	42 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Pozitivní	48 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	6,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Pozitivní	42 %

Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(725) Antigen s				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Pozitivní	49 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Pozitivní	41 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Negativní	49 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	5,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Negativní	41 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(726) Antigen P1				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	64 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	5,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Negativní	31 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Pozitivní	64 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	5,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	31 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(727) Antigen Fya				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Negativní	32 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	5,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 31	Negativní	58 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Pozitivní	32 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 31	Pozitivní	58 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(728) Antigen Fyb				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Pozitivní	33 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 30	Pozitivní	58 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Pozitivní	33 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 30	Pozitivní	58 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 25	Pozitivní	49 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	5,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 25	Negativní	49 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	39 %

Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 25	Pozitivní	49 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 25	Pozitivní	49 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	3,2 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 10	Negativní	32 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	6,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 18	Negativní	58 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	3,2 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 10	Negativní	32 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	6,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 18	Negativní	58 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(732) Antigen Lub

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 13	Pozitivní	41 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Pozitivní	53 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 1	Negativní	3,1 %
		>>> 12	Pozitivní	38 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	6,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Pozitivní	53 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(733) Antigen Lea

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Negativní	53 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	5,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Negativní	43 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Negativní	53 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	5,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 17	Negativní	43 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	50 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 18	Pozitivní	45 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	50 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 18	Pozitivní	45 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 5	Negativní	3,3 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 22	Negativní	15 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,66 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 120	Negativní	79 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 3	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 151		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 5	Negativní	3,3 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 22	Negativní	15 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,66 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 120	Negativní	79 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 3	Negativní	2,0 %

Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 151		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	1	Negativní	0,99 %
	>>> 1	Pozitivní	0,99 %	
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 24	Pozitivní	24 %
	(5) Pevná fáze	>>> 10	Pozitivní	9,9 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 3	Pozitivní	3,0 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	3	Negativní	3,0 %
	>>> 59	Pozitivní	58 %	
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost: 96 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 24	Pozitivní	24 %
	(5) Pevná fáze	>>> 10	Pozitivní	9,9 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 3	Pozitivní	3,0 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 62	Pozitivní	61 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,61 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 35	Pozitivní	21 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	1,2 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 126	Pozitivní	76 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,61 %
Celkem za vzorek: n = 165		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,61 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 35	Pozitivní	21 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	1,2 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 126	Pozitivní	76 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,61 %
Celkem za vzorek: n = 165		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 34	Pozitivní	25 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	2,9 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 98	Pozitivní	71 %
Celkem za vzorek: n = 138		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 34	Pozitivní	25 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	2,9 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 98	Pozitivní	71 %
Celkem za vzorek: n = 138		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(747) Screening protilátek (enzymový test)				
E1 a S1	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 2	Negativní	1,8 %
	2	Pozitivní	1,8 %	
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 23	Negativní	21 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 8	Negativní	7,1 %
	2	Pozitivní	1,8 %	
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 75	Negativní	67 %
Celkem za vzorek: n = 112		Úspěšnost: 96 %		
E2 a S2	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Negativní	0,89 %
	> 3	Pozitivní	2,7 %	
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 20	Negativní	18 %
	> 3	Pozitivní	2,7 %	
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 6	Negativní	5,4 %
	> 4	Pozitivní	3,6 %	
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 57	Negativní	51 %
	> 18	Pozitivní	16 %	
Celkem za vzorek: n = 112		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(750) Identifikace protilátek				
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 52	anti-Fya	100 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	1	anti-Lub	1,9 %

Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(0) Neuvedeno	> 17	anti-s	33 %
		1	anti-s; anti-E	1,9 %
		1	anti-s; anti-Jka	1,9 %
		1	anti-s; anti-K; anti-Lea	1,9 %
		>>> 31	anti-s; anti-M	60 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 2	2,2 %
		± 2	titr 4	4,4 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 4	titr 2	8,9 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 2	titr 2	4,4 %
		± 5	titr 4	11 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 2	titr 1	4,4 %
		± 23	titr 2	51 %
		± 6	titr 4	13 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 2	titr 512	4,7 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 6	titr 256	14 %
		± 1	titr 512	2,3 %
		± 1	titr 1000	2,3 %
		± 2	titr 32	4,7 %
		± 2	titr 64	4,7 %
		± 12	titr 128	28 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 4	titr 256	9,3 %
		± 2	titr 16	4,7 %
		± 2	titr 32	4,7 %
		± 5	titr 64	12 %
		± 4	titr 128	9,3 %
Celkem za vzorek: n = 43		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka

E2 a S2	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 1	4,0 %
		± 2	titr 2	8,0 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 4	4,0 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 1	titr 2	4,0 %
		± 9	titr 4	36 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 4	titr 1	16 %
		± 1	titr 2	4,0 %
		± 6	titr 4	24 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3

(760) Zkouška kompatibility

S1	Všechny výsledky	13	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	9,2 %
		>>> 128	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	91 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 91 %		
S2	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,71 %
		>>> 140	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 19	Pozitivní zkouška	13 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	1	Negativní zkouška	0,71 %
		>>> 118	Pozitivní zkouška	84 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 99 %		
S2	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 19	Pozitivní zkouška	13 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	1	Negativní zkouška	0,71 %
		>>> 118	Pozitivní zkouška	84 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)				
S1	(0) Neuvedeno	± 139	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 132	Nelze podat, riziko hemolýzy	94 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
		± 7	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)				
S1	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 20	Pozitivní zkouška	14 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	13	Negativní zkouška	9,2 %
		>>> 106	Pozitivní zkouška	75 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 91 %		
S2	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 20	Pozitivní zkouška	14 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 119	Pozitivní zkouška	84 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,71 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)				
S1	(0) Neuvedeno	± 131	Nelze podat, riziko hemolýzy	93 %
		± 8	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	5,7 %
		± 1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	0,71 %
		± 1	Lze podat	0,71 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 139	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		