

## Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Stop termín: 12.03.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada 1 a 2

## (700) AB0 skupina

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	59	Krevní skupina: 0	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Krevní skupina: 0	2,1 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	9	Krevní skupina: 0	4,6 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Krevní skupina: 0	7,2 %
	(159) Grifols	>>>	55	Krevní skupina: 0	28 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,0 %
	(172) Immucor	>>>	28	Krevní skupina: 0	14 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Krevní skupina: 0	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	6	Krevní skupina: 0	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	3	Krevní skupina: 0	1,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,52 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Krevní skupina: 0	2,6 %

----- Celkem za vzorek: n = 194 ----- Úspěšnost: 100 % -----

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	59	Krevní skupina: B	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Krevní skupina: B	2,1 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: B	1,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	9	Krevní skupina: B	4,6 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Krevní skupina: B	7,2 %
	(159) Grifols	>>>	1	Neuvedeno	0,52 %
		>>>	54	Krevní skupina: B	28 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: B	1,0 %
	(172) Immucor	>>>	1	Neuvedeno	0,52 %
		>>>	27	Krevní skupina: B	14 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Neuvedeno	0,52 %
		>>>	5	Krevní skupina: B	2,6 %
	(174) IVT Imuno	>>>	6	Krevní skupina: B	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	3	Krevní skupina: B	1,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Krevní skupina: B	0,52 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Krevní skupina: B	2,6 %

----- Celkem za vzorek: n = 194 ----- Úspěšnost: 98 % -----

Celková úspěšnost: 98 %

## (705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,81 %
	(14) Bio-Rad	>>>	41	Negativní (RhD-)	33 %
	(52) Dynex	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Negativní (RhD-)	3,3 %
	(80) DiaMed	>>>	8	Negativní (RhD-)	6,5 %
	(159) Grifols	>>>	29	Negativní (RhD-)	24 %
	(171) Diagast	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(172) Immucor	>>>	24	Negativní (RhD-)	20 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,81 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %

----- Celkem za vzorek: n = 123 ----- Úspěšnost: 100 % -----

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,81 %
	(14) Bio-Rad	>>>	41	Negativní (RhD-)	33 %
	(52) Dynex	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Negativní (RhD-)	3,3 %
	(80) DiaMed	>>>	8	Negativní (RhD-)	6,5 %
	(159) Grifols	>>>	29	Negativní (RhD-)	24 %
	(171) Diagast	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(172) Immucor	>>>	24	Negativní (RhD-)	20 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,81 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %

----- Celkem za vzorek: n = 123 ----- Úspěšnost: 100 % -----

Celková úspěšnost: 100 %

## Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(709) Rh D antigen (příjemce)</b>				
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 58	Negativní (RhD-)	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,56 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 9	Negativní (RhD-)	5,0 %
	(80) DiaMed	>>> 11	Negativní (RhD-)	6,1 %
	(159) Grifols	>>> 51	Negativní (RhD-)	28 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,56 %
	(171) Diagast	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 26	Negativní (RhD-)	15 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní (RhD-)	2,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,56 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	1,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní (RhD-)	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 179		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 58	Negativní (RhD-)	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,56 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 9	Negativní (RhD-)	5,0 %
	(80) DiaMed	>>> 11	Negativní (RhD-)	6,1 %
	(159) Grifols	>>> 51	Negativní (RhD-)	28 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,56 %
	(171) Diagast	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 26	Negativní (RhD-)	15 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní (RhD-)	2,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,56 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	1,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní (RhD-)	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 179		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(715) Antigen C</b>				
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 40	Negativní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>> 25	Negativní	26 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 11	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 40	Negativní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>> 25	Negativní	26 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 11	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(716) Antigen c</b>				
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 40	Pozitivní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>> 25	Pozitivní	26 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 11	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	2,1 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 40	Pozitivní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>> 25	Pozitivní	26 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 11	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(717) Antigen Cw**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 25	Negativní	33 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	4,0 %
	(159) Grifols	>>> 27	Negativní	36 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	5,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 25	Negativní	33 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	4,0 %
	(159) Grifols	>>> 27	Negativní	36 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	5,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(718) Antigen E**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 40	Negativní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>> 25	Negativní	26 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 11	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 40	Negativní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>> 25	Negativní	26 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 11	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(719) Antigen e**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 40	Pozitivní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Pozitivní	10 %

## Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
Vzorek	Skupina					
E1 a S1	(159) Grifols	>>>	25	Pozitivní	26 %	
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	1,0 %	
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	11 %	
	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	1,0 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Pozitivní	3,1 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	1,0 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	2,1 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	2,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	40	Pozitivní	41 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,0 %	
	(80) DiaMed	>>>	10	Pozitivní	10 %	
	(159) Grifols	>>>	25	Pozitivní	26 %	
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	1,0 %	
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	11 %	
	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	1,0 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Pozitivní	3,1 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	1,0 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	2,1 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	2,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 97		Úspěšnost: 100 %			
	Celková úspěšnost: 100 %					

## (720) Antigen K

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	40	Negativní	38 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	0,95 %	
	(80) DiaMed	>>>	10	Negativní	9,5 %	
	(159) Grifols	>>>	31	Negativní	30 %	
	(171) Diagast	>>>	1	Negativní	0,95 %	
	(172) Immucor	>>>	11	Negativní	10 %	
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	0,95 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Negativní	2,9 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	0,95 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní	2,9 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	2,9 %	
	Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	40	Negativní	38 %
(64) Exbio Olomouc		>>>	1	Negativní	0,95 %	
(80) DiaMed		>>>	10	Negativní	9,5 %	
(159) Grifols		>>>	31	Negativní	30 %	
(171) Diagast		>>>	1	Negativní	0,95 %	
(172) Immucor		>>>	11	Negativní	10 %	
(173) Sanguin		>>>	1	Negativní	0,95 %	
(174) IVT Imuno		>>>	3	Negativní	2,9 %	
(183) Immunodiagnostic Systems		>>>	1	Negativní	0,95 %	
(203) ANTITOXIN		>>>	3	Negativní	2,9 %	
(999) jiný výrobce		>>>	3	Negativní	2,9 %	
Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %						

## (721) Antigen k

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	21 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	12	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	10	Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	15 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	21 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	12	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	10	Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	15 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,1 %

## Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (722) Antigen M

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	14	Pozitivní	27 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	9,8 %
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	22 %
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	9,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	14	Pozitivní	27 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	9,8 %
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	22 %
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	9,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## (723) Antigen N

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	28 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	23 %
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	28 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	11	Pozitivní	23 %
	(171) Diagast	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## (724) Antigen S

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	14	Negativní	28 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>>	13	Negativní	26 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	8,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4	Negativní	8,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	14	Pozitivní	28 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	2,0 %

## Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	8,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	8,0 %

\_\_\_\_\_ Celkem za vzorek: n = 50 ----- Úspěšnost: 100 % -----

Celková úspěšnost: 100 %

**(725) Antigen s**

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,0 %

\_\_\_\_\_ Celkem za vzorek: n = 51 ----- Úspěšnost: 100 % -----

E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 13	Negativní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Negativní	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Negativní	25 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	9,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	5,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,0 %

\_\_\_\_\_ Celkem za vzorek: n = 51 ----- Úspěšnost: 100 % -----

Celková úspěšnost: 100 %

**(726) Antigen P1**

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,8 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,6 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	5,6 %
	(159) Grifols	>>> 9	Negativní	25 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	2,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	2,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	2,8 %

\_\_\_\_\_ Celkem za vzorek: n = 36 ----- Úspěšnost: 100 % -----

E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,8 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,6 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,6 %
	(159) Grifols	>>> 9	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	2,8 %

\_\_\_\_\_ Celkem za vzorek: n = 36 ----- Úspěšnost: 100 % -----

Celková úspěšnost: 100 %

**(727) Antigen Fya**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 17	Negativní	32 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	7,5 %
	(159) Grifols	>>> 14	Negativní	26 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Negativní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	3,8 %

\_\_\_\_\_ Celkem za vzorek: n = 53 ----- Úspěšnost: 100 % -----

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 17	Pozitivní	32 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	7,5 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(728) Antigen Fyb**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 18	Pozitivní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	9,6 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 18	Pozitivní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	9,6 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(729) Antigen Jka**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 14	Pozitivní	27 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(159) Grifols	>>> 15	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 14	Negativní	27 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	5,9 %
	(159) Grifols	>>> 15	Negativní	29 %
	(172) Immucor	>>> 6	Negativní	12 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Negativní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(730) Antigen Jkb**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 14	Pozitivní	27 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(159) Grifols	>>> 15	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 14	Pozitivní	27 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,0 %

Zkouška			N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina				
E2 a S2	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Pozitivní	5,9 %
	(159) Grifols	>>>	15	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	9,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(731) Antigen Lua</b>					
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	3,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	9	Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	6,5 %
	(159) Grifols	>>>	16	Negativní	52 %
	(172) Immucor	>>>	1	Negativní	3,2 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	3,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	9	Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	6,5 %
	(159) Grifols	>>>	16	Negativní	52 %
	(172) Immucor	>>>	1	Negativní	3,2 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(732) Antigen Lub</b>					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	9	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(159) Grifols	>>>	16	Pozitivní	50 %
	(172) Immucor	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(159) Grifols	>>>	1	Negativní	3,1 %
		>>>	15	Pozitivní	47 %
	(172) Immucor	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	6,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %					
<b>(733) Antigen Lea</b>					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12	Negativní	30 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	12	Negativní	30 %
	(172) Immucor	>>>	5	Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	7,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12	Negativní	30 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	12	Negativní	30 %
	(172) Immucor	>>>	5	Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	7,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					



## Cyklus EHK: IH1/21 - Imunohematologie

Stop termín: 12.03.2021

Zkouška			N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina				
<b>(734) Antigen Leb</b>					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12	Pozitivní	30 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	12	Pozitivní	30 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	7,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12	Pozitivní	30 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	12	Pozitivní	30 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	7,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(737) Přímý Coombsův test</b>					
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	74	Negativní	49 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Negativní	2,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	21	Negativní	14 %
	(159) Grifols	>>>	47	Negativní	31 %
	(172) Immucor	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 151		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	74	Negativní	49 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Negativní	2,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	21	Negativní	14 %
	(159) Grifols	>>>	47	Negativní	31 %
	(172) Immucor	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 151		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(741) Screening protilátek (NAT, dárce)</b>					
E1 a S1	(14) Bio-Rad		4	Negativní	4,0 %
		>>>	42	Pozitivní	42 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	0,99 %
	(80) DiaMed	>>>	15	Pozitivní	15 %
	(159) Grifols	>>>	26	Pozitivní	26 %
	(171) Diagast	>>>	2	Pozitivní	2,0 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	11 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost: 96 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	46	Pozitivní	46 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	0,99 %
	(80) DiaMed	>>>	15	Pozitivní	15 %
	(159) Grifols	>>>	26	Pozitivní	26 %
	(171) Diagast	>>>	2	Pozitivní	2,0 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	11 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 96 %					
<b>(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)</b>					
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	0,61 %
	(14) Bio-Rad	>>>	75	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>>	22	Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>>	57	Pozitivní	35 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	3,6 %
Celkem za vzorek: n = 165		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	0,61 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 75	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>> 22	Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>> 57	Pozitivní	35 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	3,6 %
Celkem za vzorek: n = 165		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 58	Pozitivní	42 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	2,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 50	Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 138		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 58	Pozitivní	42 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	2,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 50	Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 138		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(747) Screening protilátek (enzymový test)**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 46	Negativní	41 %
		2	Pozitivní	1,8 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Negativní	3,6 %
	(80) DiaMed	>>> 16	Negativní	14 %
		2	Pozitivní	1,8 %
	(159) Grifols	>>> 40	Negativní	36 %
	(172) Immucor	>>> 2	Negativní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 112		Úspěšnost: 96 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 31	Negativní	28 %
		> 17	Pozitivní	15 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,89 %
		> 3	Pozitivní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>> 11	Negativní	9,8 %
		> 7	Pozitivní	6,3 %
	(159) Grifols	>>> 40	Negativní	36 %
	(172) Immucor	>>> 1	Negativní	0,89 %
		> 1	Pozitivní	0,89 %
Celkem za vzorek: n = 112		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(750) Identifikace protilátek**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 52	anti-Fya	100 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	1	anti-Lub	1,9 %
		> 17	anti-s	33 %
		1	anti-s; anti-E	1,9 %
		1	anti-s; anti-Jka	1,9 %
		1	anti-s; anti-K; anti-Lea	1,9 %
		>>> 31	anti-s; anti-M	60 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

**(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 2	titr 1	4,4 %
		± 30	titr 2	67 %
		± 13	titr 4	29 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka**

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 10	titr 256	23 %
		± 3	titr 512	7,0 %
		± 1	titr 1000	2,3 %
		± 2	titr 16	4,7 %
		± 4	titr 32	9,3 %
		± 7	titr 64	16 %
		± 16	titr 128	37 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 43		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka**

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 5	titr 1	20 %
		± 4	titr 2	16 %
		± 16	titr 4	64 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**Sada 3****(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	13	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	9,2 %
		>>> 128	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	91 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 91 %		
S2	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,71 %
		>>> 140	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

**(761) Zkouška kompatibility (segment K1)**

S1	(0) výrobce neuveden	1	Negativní zkouška	0,71 %
		>>> 140	Pozitivní zkouška	99 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 99 %		
S2	(0) výrobce neuveden	1	Negativní zkouška	0,71 %
		>>> 140	Pozitivní zkouška	99 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)**

S1	(0) výrobce neuveden	± 139	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 132	Nelze podat, riziko hemolýzy	94 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
		± 7	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravy	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(764) Zkouška kompatibility (segment K2)**

S1	(0) výrobce neuveden	13	Negativní zkouška	9,2 %
		>>> 128	Pozitivní zkouška	91 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 91 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 141	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

**(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)**

S1	(0) výrobce neuveden	± 131	Nelze podat, riziko hemolýzy	93 %
		± 8	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	5,7 %
		± 1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravy	0,71 %
		± 1	Lze podat	0,71 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 139	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		