

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sada 1 a 2					
(700) AB0 skupina					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	71	Krevní skupina: 0	100 %
	Celkem za vzorek: n = 71	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	71	Krevní skupina: B	100 %
	Celkem za vzorek: n = 71	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(705) Rh D antigen (dárce)					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	49	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	49	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(709) Rh D antigen (příjemce)					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	65	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 65	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	65	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 65	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(715) Antigen C					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	41	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	41	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(716) Antigen c					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	41	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	41	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(717) Antigen Cw					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	22	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	22	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(718) Antigen E					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	41	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	41	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(719) Antigen e					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	41	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	41	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(720) Antigen K					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	44	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 44	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	44	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 44	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(721) Antigen k					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	-----	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	-----	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(722) Antigen M				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(723) Antigen N				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(724) Antigen S				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(725) Antigen s				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(726) Antigen P1				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 14	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(727) Antigen Fya				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 21	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(728) Antigen Fyb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(731) Antigen Lua				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 14	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 13	Negativní	7,1 %
			Pozitivní	93 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 93 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(737) Příímý Coombsův test				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 69	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 69	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	4 Negativní >>> 39 Pozitivní		9,3 % 91 %
Celkem za vzorek: n = 43		Úspěšnost: 91 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 43	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 43		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 69	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 69	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 47	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 47	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(747) Screening protilátek (enzymový test)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 24 Negativní 4 Pozitivní		86 % 14 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 86 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 15 Negativní > 13 Pozitivní		54 % 46 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 86 %				
(750) Identifikace protilátek				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 17 anti-Fya		100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1 anti-Lub > 1 anti-s 1 anti-s; anti-E >>> 14 anti-s; anti-M		5,9 % 5,9 % 5,9 % 82 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 88 %		
Celková úspěšnost: 88 %				
(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka				
E1 a S1	Všechny výsledky	± 10 titr 2 ± 6 titr 4		63 % 38 %
Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka				
E2 a S2	Všechny výsledky	± 4 titr 256 ± 1 titr 1000 ± 1 titr 32 ± 4 titr 64		27 % 6,7 % 6,7 % 27 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	Všechny výsledky	± 5	titr 128	33 %
Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka

E2 a S2	Všechny výsledky	± 12	titr 4	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	13	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	9,2 %
		>>> 128	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	91 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 91 %		
S2	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,71 %
		>>> 140	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	Všechny výsledky	>>> 62	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	1	Negativní zkouška	1,6 %
		>>> 61	Pozitivní zkouška	98 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	Všechny výsledky	± 61	Nelze podat, riziko hemolýzy	98 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 60	Nelze podat, riziko hemolýzy	97 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,6 %
		± 1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	Všechny výsledky	6	Negativní zkouška	9,7 %
		>>> 56	Pozitivní zkouška	90 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 90 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 62	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	Všechny výsledky	± 57	Nelze podat, riziko hemolýzy	92 %
		± 5	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	8,1 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 61	Nelze podat, riziko hemolýzy	98 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		