Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
(Skupiny: výrobce přístroje)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: KD2/21 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 09.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}	Návaznost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(220) Hemoglobin A1c	[mmol/mol]				128							0									128	120	94%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		37,3	2,1	5,7	128							0			CRV	37	1,0	13%	32,1	41,9	128	121	95%
(14) Bio-Rad		37,4	1,8	4,7	37	0															37		
(25) TOSOH		38,5	2,1	5,5	44	0															44		
(60) Roche		38,0	4,9	13	8	0															8		
(150) Arkray		35,7	1,2	3,5	30	0															30		
Ostatní					9	0									2x 1, 1x 34, 1x 46, 1x 81, 1x 149, 1x 165, 2x 177						9		
Vzorek B		37,4	2,1	5,6	128							0			CRV	37	1,0	13%	32,1	41,9	128	124	97%
(14) Bio-Rad		37,7	1,6	4,1	37	0															37		
(25) TOSOH		38,3	1,7	4,4	44	0															44		
(60) Roche		36,8	5,1	14	8	0															8		
(150) Arkray		35,6	1,3	3,6	30	0															30		
Ostatní					9	0									2x 1, 1x 34, 1x 46, 1x 81, 1x 149, 1x 165, 2x 177						9		

st_kn_np

Konec sestavy

Vytištěno: 17.04.2021