

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH1/21 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 02.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					129							129	124	96%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,238	0,041	17	129	CVP	0,238	,0089	34%	0,157	0,319	129	125	97%
(38) IL		0,200	0,028	14	27	0						27		
(63) Sysmex		0,255	0,031	12	79	0						79		
(94) Stago		0,208	0,035	17	15	0						15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,240	0,045	19	6	0						6		
Ostatní					2	0						2		
							1x 175, 1x 179							
Vzorek B		0,465	0,058	13	129	CVP	0,465	0,013	25%	0,348	0,582	129	126	98%
(38) IL		0,402	0,033	8,3	27	0						27		
(63) Sysmex		0,491	0,04	8,1	79	0						79		
(94) Stago		0,434	0,04	9,2	15	0						15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,475	0,052	11	6	0						6		
Ostatní					2	0						2		
							1x 175, 1x 179							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 15.04.2021