

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH1/21 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 02.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					14						14	14	100%	
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,247	0,037	15	14	CVP	0,238	,0089	34%	0,157	0,319	14	14	100%
(193) HYPHEN BioMed		0,245	0,052	21	6	0						6		
Ostatní					8	0						8		
							2x 38, 3x 149, 3x 179							
Vzorek B		0,474	0,04	8,3	14	CVP	0,465	0,013	25%	0,348	0,582	14	14	100%
(193) HYPHEN BioMed		0,470	0,045	9,5	6	0						6		
Ostatní					8	0						8		
							2x 38, 3x 149, 3x 179							
st_kn_p							Konec sestavy							Vytištěno: 15.04.2021