

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: SEDI/21 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 02.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h	[mm/1hod]				148							148	143	97%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		6,36	1,3	21	148	CVP	6,36	0,27	asym.	1	11	148	146	99%
(1) Přístroj		6,93	1,2	17	30	0						30		
(2) Manuálně		6,22	1,3	21	118	0						118		
Vzorek B		63,3	13	20	148	CVP	63,3	2,6	asym.	31	95	148	144	97%
(1) Přístroj		70,8	11	15	30	0						30		
(2) Manuálně		61,4	12	20	118	0						118		
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h	[mm/2hod]				143							143	136	95%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		14,2	2,7	19	143	CVP	14,2	0,56	asym.	7	22	143	137	96%
(1) Přístroj		14,6	3,1	21	26	0						26		
(2) Manuálně		14,1	2,7	19	117	0						117		
Vzorek B		120	19	16	143	CVP	120	4,0	50%	60	180	143	141	99%
(1) Přístroj		128	16	13	26	0						26		
(2) Manuálně		118	18	15	117	0						117		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 09.04.2021