

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: SEDI/21 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 02.04.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h</b> [mm/1hod]		148					148 143 97%							
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A</b>		6,36	1,3	21	148	CVP	6,36	0,27	asym.	1	11	148	146	99%
(0) výrobce neuveden		5,96	1,0	18	23	0						23		
(5) Dialab		5,50	0,74	13	6	0						6		
(88) Becton Dickinson		6,04	0,96	16	24	0						24		
(121) Greiner		5,97	1,3	22	41	0						41		
(123) Sarstedt		7,55	1,1	14	28	0						28		
(999) jiný výrobce		6,43	1,2	18	25	0						25		
Ostatní					1	0						1		
							1x 998							
<b>Vzorek B</b>		63,3	13	20	148	CVP	63,3	2,6	asym.	31	95	148	144	97%
(0) výrobce neuveden		63,2	12	19	23	0						23		
(5) Dialab		60,0	10	17	6	0						6		
(88) Becton Dickinson		61,6	11	18	24	0						24		
(121) Greiner		57,5	9,1	16	41	0						41		
(123) Sarstedt		76,7	7,3	9,6	28	0						28		
(999) jiný výrobce		60,9	10	16	25	0						25		
Ostatní					1	0						1		
							1x 998							
<b>(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h</b> [mm/2hod]		143					143 136 95%							
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A</b>		14,2	2,7	19	143	CVP	14,2	0,56	asym.	7	22	143	137	96%
(0) výrobce neuveden		13,8	2,3	17	25	0						25		
(5) Dialab		13,0	1,5	11	6	0						6		
(88) Becton Dickinson		13,7	2,4	17	24	0						24		
(121) Greiner		14,0	3,3	24	39	0						39		
(123) Sarstedt		16,1	1,5	9,5	26	0						26		
(999) jiný výrobce		13,4	2,3	17	22	0						22		
Ostatní					1	0						1		
							1x 998							
<b>Vzorek B</b>		120	19	16	143	CVP	120	4,0	50%	60	180	143	141	99%
(0) výrobce neuveden		123	20	16	25	0						25		
(5) Dialab		113	13	11	6	0						6		
(88) Becton Dickinson		122	22	18	24	0						24		
(121) Greiner		111	9,4	8,5	39	0						39		
(123) Sarstedt		142	21	15	26	0						26		
(999) jiný výrobce		114	12	11	22	0						22		
Ostatní					1	0						1		
							1x 998							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 09.04.2021