

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(451) AMA					
A		Všechny výsledky	>>> 51	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní	2,0 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,0 %
		Celkem za vzorek: n = 51	>>> 49	Pozitivní	96 %
			Úspěšnost: 96 %		
		Celková úspěšnost: 96 %			
(456) AMA-M2					
A		Všechny výsledky	>>> 62	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 62	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 62	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 62	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
(454) anti-gp210					
A		Všechny výsledky	1	Negativní	2,0 %
			>>> 48	Pozitivní	98 %
		Celkem za vzorek: n = 49	Úspěšnost: 98 %		
B		Všechny výsledky	>>> 45	Negativní	92 %
			3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,1 %
			1	Pozitivní	2,0 %
		Celkem za vzorek: n = 49	Úspěšnost: 92 %		
		Celková úspěšnost: 90 %			
(457) anti-LC-1					
A		Všechny výsledky	>>> 58	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 58	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 56	Negativní	97 %
			2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,4 %
		Celkem za vzorek: n = 58	Úspěšnost: 97 %		
		Celková úspěšnost: 97 %			
(452) anti-LKM					
A		Všechny výsledky	>>> 45	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	2,2 %
		Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 98 %		
B		Všechny výsledky	>>> 46	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 98 %			
(455) anti-LKM1					
A		Všechny výsledky	>>> 62	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 62	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 62	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 62	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
(458) anti-SLA					
A		Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %			
(459) anti-sp100					
A		Všechny výsledky	>>> 42	Negativní	88 %
			4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,3 %
			2	Pozitivní	4,2 %
		Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost: 88 %		
B		Všechny výsledky	>>> 41	Negativní	85 %
			3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,3 %
			4	Pozitivní	8,3 %
		Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost: 85 %		
		Celková úspěšnost: 83 %			
(453) SMA					
A		Všechny výsledky	>>> 52	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 52	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 52	Negativní	100 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 21.03.2022