

Cyklus EHK: AIM1/22 - Autoimunita

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz

A1	Všechny výsledky	>>>	82	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	81	Negativní	99 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

A1	Všechny výsledky	±	1	titr 40	1,4 %
		±	2	titr 80	2,8 %
		±	2	titr 160	2,8 %
		±	3	titr 320	4,2 %
		±	13	titr 640	18 %
		±	26	titr 1280	37 %
		±	24	titr 2560	34 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	±	1	Neuvedeno	1,4 %
		±	50	titr 0 (neměřitelný)	70 %
		±	12	titr 40	17 %
		±	8	titr 80	11 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(561) ANA - typ fluorescence jádra

A1	Všechny výsledky	>>>	71	Centromera	96 %
			2	Centromera; Žádná fluorescence	2,7 %
			1	Centromera; Dělicí tělísko (midbody)	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 96 %			
B1	Všechny výsledky		2	Neuvedeno	2,7 %
		>>>	72	Žádná fluorescence	97 %
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 93 %					

(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz

A1	Všechny výsledky	>>>	71	Negativní	97 %
			2	Pozitivní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 97 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	72	Negativní	99 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 96 %					

(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.

A1	Všechny výsledky	±	47	titr 0 (neměřitelný)	70 %
		±	11	titr 40	16 %
		±	9	titr 80	13 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	±	47	titr 0 (neměřitelný)	70 %
		±	12	titr 40	18 %
		±	8	titr 80	12 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy

A1	Všechny výsledky	>>>	68	Žádná fluorescence	97 %
			1	Jemně zrnitá cytoplazma	1,4 %
			1	Neznámý typ fluorescence	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 97 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	69	Žádná fluorescence	99 %
			1	Difúzní cytoplazmatický obraz	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 96 %					

Cyklus EHK: AIM1/22 - Autoimunita

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sada 2					
(565) ANCA imunofluorescence - průkaz					
A2	Všechny výsledky		>>> 64	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky		>>> 64	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita					
A2	Všechny výsledky		± 4	titr 20	7,5 %
			± 7	titr 80	13 %
			± 17	titr 160	32 %
			± 14	titr 320	26 %
			± 10	titr 640	19 %
			± 1	titr 1280	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	Všechny výsledky		± 41	titr 0 (neměřitelný)	77 %
			± 12	titr 20	23 %
	Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita					
A2	Všechny výsledky		± 1	Neuveдено	2,0 %
			± 3	titr 20	5,9 %
			± 3	titr 80	5,9 %
			± 11	titr 160	22 %
			± 23	titr 320	45 %
			± 8	titr 640	16 %
			± 2	titr 1280	3,9 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	Všechny výsledky		± 40	titr 0 (neměřitelný)	78 %
			± 11	titr 20	22 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(566) ANCA - typ fluorescence					
A2	Všechny výsledky		>>> 62	cANCA (cytoplazmatická)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky		>>> 62	Žádná fluorescence	100 %
	Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(569) anti-myeloperoxidáza					
A2	Všechny výsledky		>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky		>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(570) anti-proteináza III					
A2	Všechny výsledky		1	Negativní	1,4 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
			>>> 71	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 97 %		
B2	Všechny výsledky		>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %					
Sada 3					
(580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60					
A3	Všechny výsledky		1	Negativní	1,3 %
			>>> 79	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %		
B3	Všechny výsledky		>>> 79	Negativní	99 %
			1	Pozitivní	1,3 %
	Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %					
(581) Anti-ENA/SS-B/La					
A3	Všechny výsledky		>>> 80	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky		>>> 79	Negativní	99 %
			1	Pozitivní	1,3 %
	Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %					

Cyklus EHK: AIM1/22 - Autoimunita

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(582) Anti-ENA/ScI-70				
A3	Všechny výsledky	>>> 79	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 78	Negativní	99 %
		1	Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(583) Anti-ENA/RNP				
A3	Všechny výsledky	>>> 80	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 80	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(584) Anti-ENA/Jo-1				
A3	Všechny výsledky	>>> 80	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 80	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(585) Protilátky proti centromerám				
A3	Všechny výsledky	>>> 76	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 75	Negativní	99 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
Sada 4				
(588) Anti-ds-DNA imunofluores. - průkaz				
A4	Všechny výsledky	1	Negativní	1,8 %
		>>> 56	Pozitivní	98 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 98 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 57	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.				
A4	Všechny výsledky	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
		± 3	titr 10	5,8 %
		± 1	titr 20	1,9 %
		± 2	titr 40	3,8 %
		± 17	titr 80	33 %
		± 13	titr 160	25 %
		± 9	titr 320	17 %
		± 6	titr 640	12 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B4	Všechny výsledky	± 40	titr 0 (neměřitelný)	77 %
		± 12	titr 10	23 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(589) Anti-ds-DNA jiné metody				
A4	Všechny výsledky	2	Negativní	3,6 %
		>>> 54	Pozitivní	96 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 96 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 55	Negativní	98 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
Sada 5				
(591) Anti-nukleosomy IgG				
A5	Všechny výsledky	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %
		>>> 54	Pozitivní	98 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 98 %		
B5	Všechny výsledky	>>> 55	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				