

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------|---------|---|----------|------------------|
|--------|---------|---|----------|------------------|

Sada 1**(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz**

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 80 | Pozitivní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 80 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 79 | Negativní | 99 % |
| | | | 1 | Pozitivní | 1,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 80 | | Úspěšnost: 99 % | | | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | | |

(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|----|----------------------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | ± | 1 | titr 80 | 1,5 % |
| | | ± | 1 | titr 160 | 1,5 % |
| | | ± | 2 | titr 320 | 3,0 % |
| | | ± | 7 | titr 640 | 10 % |
| | | ± | 24 | titr 1280 | 36 % |
| | | ± | 32 | titr 2560 | 48 % |
| Celkem za vzorek: n = 67 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |
| B1 | Všechny výsledky | ± | 1 | Neuvedeno | 1,5 % |
| | | ± | 48 | titr 0 (neměřitelný) | 72 % |
| | | ± | 10 | titr 40 | 15 % |
| | | ± | 8 | titr 80 | 12 % |
| Celkem za vzorek: n = 67 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |

(561) ANA - typ fluorescence jádra

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|----|--------------------------------------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 54 | Homogenní | 75 % |
| | | | 2 | Homogenní; Žádná fluorescence | 2,8 % |
| | | >>> | 7 | Homogenní; Hrubě nebo jemně zrnitý | 9,7 % |
| | | >>> | 3 | Homogenní; DFS 70 like | 4,2 % |
| | | >>> | 4 | Hrubě nebo jemně zrnitý | 5,6 % |
| | | >>> | 2 | Hrubě nebo jemně zrnitý; DFS 70 like | 2,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 72 | | Úspěšnost: 97 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 70 | Žádná fluorescence | 97 % |
| | | | 2 | Hrubě nebo jemně zrnitý | 2,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 72 | | Úspěšnost: 97 % | | | |
| Celková úspěšnost: 94 % | | | | | |

(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 71 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 71 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 71 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 71 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|----|----------------------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | ± | 49 | titr 0 (neměřitelný) | 77 % |
| | | ± | 9 | titr 40 | 14 % |
| | | ± | 6 | titr 80 | 9,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 64 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |
| B1 | Všechny výsledky | ± | 49 | titr 0 (neměřitelný) | 77 % |
| | | ± | 9 | titr 40 | 14 % |
| | | ± | 6 | titr 80 | 9,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 64 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |

(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----|--------------------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | | 1 | Neuvedeno | 1,4 % |
| | | >>> | 69 | Žádná fluorescence | 99 % |
| Celkem za vzorek: n = 70 | | Úspěšnost: 99 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 70 | Žádná fluorescence | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 70 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | | |

Sada 2**(565) ANCA imunofluorescence - průkaz**

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A2 | Všechny výsledky | >>> | 67 | Pozitivní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 67 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> | 67 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 67 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita

| | | | | | |
|----|------------------|---|---|---------|-------|
| A2 | Všechny výsledky | ± | 2 | titr 20 | 3,7 % |
|----|------------------|---|---|---------|-------|

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|---------|--------------------------|------|--|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| A2 | Všechny výsledky | ± 7 | titr 40 | 13 % |
| | | ± 12 | titr 80 | 22 % |
| | | ± 13 | titr 160 | 24 % |
| | | ± 9 | titr 320 | 17 % |
| | | ± 10 | titr 640 | 19 % |
| | | ± 1 | titr 1280 | 1,9 % |
| | Celkem za vzorek: n = 54 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | |
| B2 | Všechny výsledky | ± 42 | titr 0 (neměřitelný) | 78 % |
| | | ± 11 | titr 20 | 20 % |
| | | ± 1 | titr 40 | 1,9 % |
| | Celkem za vzorek: n = 54 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | |

(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita

| | | | | |
|----|--------------------------|------|--|-------|
| A2 | Všechny výsledky | ± 1 | titr 20 | 1,9 % |
| | | ± 7 | titr 40 | 13 % |
| | | ± 12 | titr 80 | 23 % |
| | | ± 14 | titr 160 | 27 % |
| | | ± 15 | titr 320 | 29 % |
| | | ± 2 | titr 640 | 3,8 % |
| | | ± 1 | titr 1280 | 1,9 % |
| | Celkem za vzorek: n = 52 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | |
| B2 | Všechny výsledky | ± 41 | titr 0 (neměřitelný) | 79 % |
| | | ± 10 | titr 20 | 19 % |
| | | ± 1 | titr 40 | 1,9 % |
| | Celkem za vzorek: n = 52 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | |

(566) ANCA - typ fluorescence

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------|---|-------|
| A2 | Všechny výsledky | >>> 52 | pANCA (perinukleární) | 80 % |
| | | 1 | pANCA (perinukleární); Žádná fluorescence | 1,5 % |
| | | >>> 12 | pANCA (perinukleární); ANA | 18 % |
| | Celkem za vzorek: n = 65 | | Úspěšnost: 98 % | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> 65 | Žádná fluorescence | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 65 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |

(569) anti-myeloperoxidáza

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------|
| A2 | Všechny výsledky | >>> 76 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 76 | | Úspěšnost: 100 % | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> 76 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 76 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(570) anti-proteináza III

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------|
| A2 | Všechny výsledky | >>> 76 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 76 | | Úspěšnost: 100 % | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> 76 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 76 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

Sada 3**(580) anti-ENA, antigen SS-A/Ro-60**

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 79 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | | Úspěšnost: 100 % | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 76 | Negativní | 96 % |
| | | 2 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 2,5 % |
| | | 1 | Pozitivní | 1,3 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | | Úspěšnost: 96 % | |
| Celková úspěšnost: 96 % | | | | |

(581) anti-ENA, antigen SS-B/La

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 78 | Negativní | 99 % |
| | | 1 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 1,3 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | | Úspěšnost: 99 % | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 79 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | |

(582) anti-ENA, antigen Scl-70

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 79 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | | Úspěšnost: 100 % | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 78 | Negativní | 99 % |
| | | 1 | Pozitivní | 1,3 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | | Úspěšnost: 99 % | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|------------------|
| (583) anti-ENA, antigen RNP | | | | |
| A3 | Všechny výsledky | >>> 79 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | Úspěšnost: 100 % | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 79 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(584) anti-ENA, antigen Jo-1

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 79 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | Úspěšnost: 100 % | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 79 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 79 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(585) anti-centromery

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 73 | Negativní | 99 % |
| | | 1 | Pozitivní | 1,4 % |
| | Celkem za vzorek: n = 74 | Úspěšnost: 99 % | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 65 | Negativní | 88 % |
| | | 6 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 8,1 % |
| | | 3 | Pozitivní | 4,1 % |
| | Celkem za vzorek: n = 74 | Úspěšnost: 88 % | | |
| Celková úspěšnost: 86 % | | | | |

Sada 4**(588) anti-dsDNA imunofluores. - průkaz**

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| A4 | Všechny výsledky | 9 | Negativní | 15 % |
| | | > 2 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 3,3 % |
| | | >>> 49 | Pozitivní | 82 % |
| | Celkem za vzorek: n = 60 | Úspěšnost: 85 % | | |
| B4 | Všechny výsledky | >>> 60 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 60 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 85 % | | | | |

(577) anti-dsDNA imunofluor. - semikvan.

| | | | | |
|----|--------------------------|--|----------------------|-------|
| A4 | Všechny výsledky | ± 5 | titr 0 (neměřitelný) | 9,8 % |
| | | ± 4 | titr 10 | 7,8 % |
| | | ± 3 | titr 20 | 5,9 % |
| | | ± 9 | titr 40 | 18 % |
| | | ± 14 | titr 80 | 27 % |
| | | ± 9 | titr 160 | 18 % |
| | | ± 7 | titr 320 | 14 % |
| | Celkem za vzorek: n = 51 | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |
| B4 | Všechny výsledky | ± 40 | titr 0 (neměřitelný) | 78 % |
| | | ± 10 | titr 10 | 20 % |
| | | ± 1 | titr 40 | 2,0 % |
| | Celkem za vzorek: n = 51 | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

(589) anti-dsDNA jiné metody

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| A4 | Všechny výsledky | 4 | Negativní | 6,7 % |
| | | > 1 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 1,7 % |
| | | >>> 55 | Pozitivní | 92 % |
| | Celkem za vzorek: n = 60 | Úspěšnost: 93 % | | |
| B4 | Všechny výsledky | >>> 60 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 60 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 93 % | | | | |

Sada 5**(591) anti-nukleosomy IgG**

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|
| A5 | Všechny výsledky | >>> 57 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 57 | Úspěšnost: 100 % | | |
| B5 | Všechny výsledky | >>> 57 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 57 | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |