

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz

A1	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	2,5 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	43	Pozitivní	54 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(115) BioSystems	>>>	5	Pozitivní	6,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	12	Pozitivní	15 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13	Pozitivní	16 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %			
B1	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	42	Negativní	53 %
			1	Pozitivní	1,3 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(115) BioSystems	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	12	Negativní	15 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13	Negativní	16 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %			

Celková úspěšnost: 99 %

(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

A1	(14) Bio-Rad	±	1	titr 1280	1,5 %
	(87) Euroimmun	±	1	titr 640	1,5 %
		±	14	titr 1280	21 %
		±	22	titr 2560	33 %
	(103) Immunoconcepts	±	1	titr 2560	1,5 %
	(115) BioSystems	±	1	titr 160	1,5 %
		±	1	titr 320	1,5 %
		±	1	titr 1280	1,5 %
		±	1	titr 2560	1,5 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1	titr 640	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	1	titr 80	1,5 %
		±	2	titr 640	3,0 %
		±	4	titr 1280	6,0 %
		±	3	titr 2560	4,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	1	titr 320	1,5 %
		±	3	titr 640	4,5 %
		±	4	titr 1280	6,0 %
		±	5	titr 2560	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	(14) Bio-Rad	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(87) Euroimmun	±	1	Neuvedeno	1,5 %
		±	30	titr 0 (neměřitelný)	45 %
		±	2	titr 40	3,0 %
		±	4	titr 80	6,0 %
	(103) Immunoconcepts	±	1	titr 80	1,5 %
	(115) BioSystems	±	2	titr 0 (neměřitelný)	3,0 %
		±	2	titr 40	3,0 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	5	titr 0 (neměřitelný)	7,5 %
		±	2	titr 40	3,0 %
		±	3	titr 80	4,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	9	titr 0 (neměřitelný)	13 %
		±	4	titr 40	6,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(561) ANA - typ fluorescence jádra

A1	(0) neuvedeno	>>>	54	Homogenní	75 %
		>>>	2	Homogenní; Žádná fluorescence	2,8 %
		>>>	7	Homogenní; Hrubě nebo jemně zrnitý	9,7 %
		>>>	3	Homogenní; DFS 70 like	4,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A1	(0) neuvedeno	>>> 4	Hrubě nebo jemně zrnitý	5,6 %
		>>> 2	Hrubě nebo jemně zrnitý; DFS 70 like	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 97 %		
B1	(0) neuvedeno	>>> 70	Žádná fluorescence	97 %
		2	Hrubě nebo jemně zrnitý	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz

A1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 40	Negativní	56 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(115) BioSystems	>>> 5	Negativní	7,0 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 10	Negativní	14 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 13	Negativní	18 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
B1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 40	Negativní	56 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(115) BioSystems	>>> 5	Negativní	7,0 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 10	Negativní	14 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 13	Negativní	18 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.

A1	(87) Euroimmun	± 32	titr 0 (neměřitelný)	50 %
		± 2	titr 80	3,1 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 40	1,6 %
		± 1	titr 80	1,6 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,1 %
		± 2	titr 40	3,1 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 5	titr 0 (neměřitelný)	7,8 %
		± 2	titr 40	3,1 %
		± 3	titr 80	4,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 9	titr 0 (neměřitelný)	14 %
		± 4	titr 40	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B1	(87) Euroimmun	± 32	titr 0 (neměřitelný)	50 %
		± 2	titr 80	3,1 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 40	1,6 %
		± 1	titr 80	1,6 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,1 %
		± 2	titr 40	3,1 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 5	titr 0 (neměřitelný)	7,8 %
		± 2	titr 40	3,1 %
		± 3	titr 80	4,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 9	titr 0 (neměřitelný)	14 %
		± 4	titr 40	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy

A1	(0) neuvedeno	1	Neuvedeno	1,4 %
		>>> 69	Žádná fluorescence	99 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 99 %		
B1	(0) neuvedeno	>>> 70	Žádná fluorescence	100 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

Sada 2**(565) ANCA imunofluorescence - průkaz**

A2	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 43	Pozitivní	64 %
	(115) BioSystems	>>> 3	Pozitivní	4,5 %
	(140) TestLine	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	6,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A2	(211) INOVA Diagnostics	>>> 14	Pozitivní	21 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %		
B2	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 43	Negativní	64 %
	(115) BioSystems	>>> 3	Negativní	4,5 %
	(140) TestLine	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	6,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 14	Negativní	21 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita

A2	(0) neuvedeno	± 1	titr 40	1,9 %
	(87) Euroimmun	± 1	titr 20	1,9 %
		± 5	titr 40	9,3 %
		± 12	titr 80	22 %
		± 9	titr 160	17 %
		± 2	titr 320	3,7 %
		± 3	titr 640	5,6 %
		± 1	titr 1280	1,9 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 320	3,7 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 40	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 20	1,9 %
		± 1	titr 320	1,9 %
		± 1	titr 640	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 4	titr 160	7,4 %
		± 4	titr 320	7,4 %
		± 6	titr 640	11 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	(0) neuvedeno	± 1	titr 40	1,9 %
	(87) Euroimmun	± 29	titr 0 (neměřitelný)	54 %
		± 4	titr 20	7,4 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,7 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,7 %
		± 1	titr 20	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 8	titr 0 (neměřitelný)	15 %
		± 6	titr 20	11 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita

A2	(0) neuvedeno	± 1	titr 40	1,9 %
	(87) Euroimmun	± 1	titr 20	1,9 %
		± 6	titr 40	12 %
		± 9	titr 80	17 %
		± 9	titr 160	17 %
		± 7	titr 320	13 %
		± 1	titr 640	1,9 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 320	3,8 %
	(142) Immco Diagnostics	± 3	titr 80	5,8 %
		± 1	titr 160	1,9 %
		± 1	titr 320	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 640	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 4	titr 160	7,7 %
		± 5	titr 320	9,6 %
		± 1	titr 1280	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	(0) neuvedeno	± 1	titr 40	1,9 %
	(87) Euroimmun	± 29	titr 0 (neměřitelný)	56 %
		± 4	titr 20	7,7 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,8 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
		± 4	titr 20	7,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 8	titr 0 (neměřitelný)	15 %
		± 2	titr 20	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(566) ANCA - typ fluorescence

A2	(0) neuvedeno	>>> 52	pANCA (perinukleární)	80 %
		1	pANCA (perinukleární); Žádná fluorescence	1,5 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A2	(0) neuvedeno	>>> 12	pANCA (perinukleární); ANA	18 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 98 %		
B2	(0) neuvedeno	>>> 65	Žádná fluorescence	100 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(569) anti-myeloperoxidáza

A2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>> 25	Pozitivní	33 %
	(135) OrgenTec	>>> 21	Pozitivní	28 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(140) TestLine	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	5,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 8	Pozitivní	11 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Pozitivní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	3,9 %
	Celkem za vzorek: n = 76	Úspěšnost: 100 %		
B2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>> 25	Negativní	33 %
	(135) OrgenTec	>>> 21	Negativní	28 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(140) TestLine	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	5,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 8	Negativní	11 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Negativní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	3,9 %
	Celkem za vzorek: n = 76	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(570) anti-proteináza III

A2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>> 25	Negativní	33 %
	(135) OrgenTec	>>> 21	Negativní	28 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(140) TestLine	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	5,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 8	Negativní	11 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Negativní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	3,9 %
	Celkem za vzorek: n = 76	Úspěšnost: 100 %		
B2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>> 25	Negativní	33 %
	(135) OrgenTec	>>> 21	Negativní	28 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(140) TestLine	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	5,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 8	Negativní	11 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Negativní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	3,9 %
	Celkem za vzorek: n = 76	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 3

(580) anti-ENA, antigen SS-A/Ro-60

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2 Pozitivní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37 Pozitivní	47 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Pozitivní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7 Pozitivní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Pozitivní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7 Pozitivní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(191) D-tek	>>>	5 Pozitivní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Pozitivní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %		

B3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	36 Negativní	46 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,3 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4 Negativní	5,1 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(191) D-tek	>>>	5 Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 96 %		

Celková úspěšnost: 96 %

(581) anti-ENA, antigen SS-B/La

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37 Negativní	47 %
	(98) Fujirebio		1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(191) D-tek	>>>	5 Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 99 %		

B3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37 Negativní	47 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(191) D-tek	>>>	5 Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 99 %

(582) anti-ENA, antigen Scl-70

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37 Negativní	47 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7 Negativní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,3 %

Zkouška					
Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N _{rel}
A3	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	6,3 %
	Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37	Negativní	47 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems		1	Pozitivní	1,3 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(583) anti-ENA, antigen RNP

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37	Negativní	47 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	6,3 %	
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37	Negativní	47 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(584) anti-ENA, antigen Jo-1

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37	Negativní	47 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	6,3 %	
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37	Negativní	47 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(140) TestLine	>>>	7	Negativní	8,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
(166) Thermo Fisher	>>>	7	Negativní	8,9 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B3	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(191) D-tek	>>> 5	Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(585) anti-centromery

A3	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 39	Negativní	53 %
		1	Pozitivní	1,4 %
	(98) Fujirebio	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(135) OrgenTec	>>> 4	Negativní	5,4 %
	(140) TestLine	>>> 6	Negativní	8,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	4,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	5,4 %
	(191) D-tek	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 99 %		
B3	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 31	Negativní	42 %
		6	Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,1 %
		3	Pozitivní	4,1 %
	(98) Fujirebio	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(135) OrgenTec	>>> 4	Negativní	5,4 %
	(140) TestLine	>>> 6	Negativní	8,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	4,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	5,4 %
	(191) D-tek	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 88 %		
Celková úspěšnost: 86 %				

Sada 4**(588) anti-dsDNA imunofluores. - průkaz**

A4	(52) Dynex	1	Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	6	Negativní	10 %
		>>> 30	Pozitivní	50 %
	(115) BioSystems	>>> 3	Pozitivní	5,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	1	Negativní	1,7 %
		>>> 2	Pozitivní	3,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	1	Negativní	1,7 %
		>	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,3 %
		>>> 14	Pozitivní	23 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 85 %		
B4	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 36	Negativní	60 %
	(115) BioSystems	>>> 3	Negativní	5,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 17	Negativní	28 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 85 %				

(577) anti-dsDNA imunofluor. - semikvan.

A4	(87) Euroimmun	± 4	titr 0 (neměřitelný)	7,8 %
		± 1	titr 10	2,0 %
		± 1	titr 20	2,0 %
		± 7	titr 40	14 %
		± 9	titr 80	18 %
		± 3	titr 160	5,9 %
		± 2	titr 320	3,9 %
	(115) BioSystems	± 1	titr 20	2,0 %
		± 2	titr 160	3,9 %
		± 1	titr 320	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 10	2,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A4	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 80	2,0 %
		± 1	titr 320	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
		± 2	titr 10	3,9 %
		± 1	titr 20	2,0 %
		± 2	titr 40	3,9 %
		± 4	titr 80	7,8 %
		± 4	titr 160	7,8 %
		± 3	titr 320	5,9 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
B4	(87) Euroimmun	± 25	titr 0 (neměřitelný)	49 %
		± 2	titr 10	3,9 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,9 %
		± 2	titr 10	3,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,9 %
		± 1	titr 40	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 11	titr 0 (neměřitelný)	22 %
		± 6	titr 10	12 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(589) anti-dsDNA jiné metody

A4	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,7 %	
			1	Negativní	1,7 %
			3	Negativní	5,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 20	Pozitivní	33 %	
		>>> 12	Pozitivní	20 %	
		>>> 1	Pozitivní	1,7 %	
		>>> 4	Pozitivní	6,7 %	
		>>> 1	Pozitivní	1,7 %	
		>>> 6	Pozitivní	10 %	
		>>> 2	Pozitivní	3,3 %	
		>	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,7 %
		>>> 1	Pozitivní	1,7 %	
		>>> 4	Pozitivní	6,7 %	
		>>> 3	Pozitivní	5,0 %	
		Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 93 %	
B4	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,7 %	
		>>> 1	Negativní	1,7 %	
		>>> 23	Negativní	38 %	
	(135) OrgenTec	>>> 12	Negativní	20 %	
		>>> 1	Negativní	1,7 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	6,7 %	
		>>> 1	Negativní	1,7 %	
	(166) Thermo Fisher	>>> 6	Negativní	10 %	
		>>> 2	Negativní	3,3 %	
	(191) D-tek	>>> 2	Negativní	3,3 %	
		>>> 4	Negativní	6,7 %	
(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	5,0 %		
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 93 %

Sada 5**(591) anti-nukleosomy IgG**

A5	(87) Euroimmun	>>> 31	Pozitivní	54 %
		>>> 17	Pozitivní	30 %
		>>> 2	Pozitivní	3,5 %
		>>> 3	Pozitivní	5,3 %
		>>> 4	Pozitivní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 100 %		
B5	(87) Euroimmun	>>> 31	Negativní	54 %
		>>> 17	Negativní	30 %
		>>> 2	Negativní	3,5 %
		>>> 3	Negativní	5,3 %
		>>> 4	Negativní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %