# Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce přístroje)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: AP2/22 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 16.09.2022

| | | |
|---|---|---|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | $U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | $N_{tot}$ | $N_{out}$ | Srovnatelnost | AV | $U_{AV}$ | $D_{max}$ | LL | UL | $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sada 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(108) Apixaban** | [µg/L] | | | | 31 | | | | | | | | 31 | 30 | 97% |
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vzorek A1** | | 74,5 | 9,3 | 13 | 31 | | CVP | 74,5 | 4,1 | 25% | 55,8 | 93,2 | 31 | 30 | 97% |
| (38) IL | | 82,3 | 2,2 | 2,7 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 70,2 | 8,0 | 11 | 13 | 0 | | | | | | | 13 | | |
| (94) Stago | | 69,0 | 5,9 | 8,6 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 2 | 0 | 1x 162, 1x 179 | | | | | | 2 | | |
| **Vzorek B1** | | 294 | 21 | 7,2 | 31 | | CVP | 294 | 9,3 | 25% | 220 | 368 | 31 | 31 | 100% |
| (38) IL | | 306 | 7,3 | 2,4 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 279 | 24 | 8,6 | 13 | 0 | | | | | | | 13 | | |
| (94) Stago | | 304 | 14 | 4,6 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 2 | 0 | 1x 162, 1x 179 | | | | | | 2 | | |
| **Sada 2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(109) Dabigatran** | [µg/L] | | | | 34 | | | | | | | | 34 | 30 | 88% |
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vzorek A2** | | 44,8 | 5,4 | 12 | 34 | | CVP | 44,8 | 2,3 | 25% | 33,6 | 56 | 34 | 30 | 88% |
| (38) IL | | 47,5 | 2,3 | 4,9 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | | |
| (63) Sysmex | | 44,5 | 9,3 | 21 | 15 | 0 | | | | | | | 15 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | 4x 94, 1x 149, 1x 162, 1x 179 | | | | | | 7 | | |
| **Vzorek B2** | | 223 | 22 | 10 | 34 | | CVP | 223 | 9,4 | 25% | 167 | 279 | 34 | 33 | 97% |
| (38) IL | | 217 | 19 | 8,6 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | | |
| (63) Sysmex | | 222 | 21 | 9,6 | 15 | 0 | | | | | | | 15 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | 4x 94, 1x 149, 1x 162, 1x 179 | | | | | | 7 | | |
| **Sada 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(110) Rivaroxaban** | [µg/L] | | | | 38 | | | | | | | | 38 | 37 | 97% |
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vzorek A3** | | 73,0 | 6,3 | 8,6 | 38 | | CVP | 73 | 2,5 | 25% | 54,7 | 91,3 | 38 | 37 | 97% |
| (38) IL | | 75,0 | 6,4 | 8,5 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | | |
| (63) Sysmex | | 72,6 | 7,4 | 10 | 17 | 0 | | | | | | | 17 | | |
| (94) Stago | | 68,7 | 2,0 | 2,9 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 3 | 0 | 1x 149, 1x 162, 1x 179 | | | | | | 3 | | |
| **Vzorek B3** | | 299 | 28 | 9,4 | 38 | | CVP | 299 | 11 | 25% | 224 | 374 | 38 | 38 | 100% |
| (38) IL | | 278 | 14 | 5,0 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | | |
| (63) Sysmex | | 311 | 22 | 7,0 | 17 | 0 | | | | | | | 17 | | |
| (94) Stago | | 303 | 9,3 | 3,1 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 3 | 0 | 1x 149, 1x 162, 1x 179 | | | | | | 3 | | |