

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(461) anti-kardiolipin screening				
A	(38) IL	>>> 1	Pozitivní	6,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	75 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Pozitivní	19 %
Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost: 100 %		
B	(38) IL	>>> 1	Pozitivní	6,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	75 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Pozitivní	19 %
Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(463) anti-kardiolipin IgG

A	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(38) IL	>>> 4	Pozitivní	6,5 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>> 6	Pozitivní	9,7 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 19	Pozitivní	31 %
	(139) BL Diagnostica	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	8,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 6	Pozitivní	9,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Pozitivní	3,2 %
	(211) INOVA Diagnostica	>>> 12	Pozitivní	19 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
B	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(38) IL	>>> 4	Pozitivní	6,5 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>> 6	Pozitivní	9,7 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 19	Pozitivní	31 %
	(139) BL Diagnostica	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	8,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 6	Pozitivní	9,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Pozitivní	3,2 %
	(211) INOVA Diagnostica	>>> 12	Pozitivní	19 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(464) anti-kardiolipin IgM

A	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(38) IL	>>> 4	Negativní	6,3 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>> 6	Negativní	9,5 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 19	Negativní	30 %
			1 Pozitivní	1,6 %
	(139) BL Diagnostica	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	6,3 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,6 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 5	Negativní	7,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(211) INOVA Diagnostica	>>> 12	Negativní	19 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 97 %		
B	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,6 %

Zkouška					
Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N _{rel}
B	(32) Human	>>>	1	Negativní	1,6 %
	(38) IL	>>>	4	Negativní	6,3 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Negativní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	6	Negativní	9,5 %
	(115) BioSystems	>>>	1	Negativní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	20	Negativní	32 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	7,9 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5	Negativní	7,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	3,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	12	Negativní	19 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 63			Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 97 %

(465) anti-beta2-GP 1 screening

A	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(38) IL	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Pozitivní	64 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 14			Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(38) IL	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Pozitivní	64 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 14			Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(467) anti-beta2-GP 1 IgG

A	(0) neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(32) Human	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(38) IL	>>>	5	Pozitivní	8,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	6	Pozitivní	10 %
	(135) OrgenTec	>>>	21	Pozitivní	35 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Pozitivní	6,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4	Pozitivní	6,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13	Pozitivní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 60			Úspěšnost: 100 %		
B	(0) neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(32) Human	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(38) IL	>>>	5	Pozitivní	8,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	6	Pozitivní	10 %
	(135) OrgenTec	>>>	21	Pozitivní	35 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Pozitivní	6,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4	Pozitivní	6,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13	Pozitivní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 60			Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(468) anti-beta2-GP 1 IgM

A	(0) neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,7 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,7 %
	(32) Human	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(38) IL	>>>	5	Negativní	8,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	2	Negativní	3,4 %
			3	Pozitivní	5,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	18	Negativní	31 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,7 %
			2	Pozitivní	3,4 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,7 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4 Negativní	6,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4 Negativní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13 Negativní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	3,4 %
	Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 88 %	
B	(0) neuvedeno	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(38) IL	>>>	5 Negativní	8,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	5 Negativní	8,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	21 Negativní	36 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4 Negativní	6,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4 Negativní	6,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13 Negativní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 88 %				