

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(461) anti-kardiolipin screening</b>				
A	(38) IL	>>> 1	Pozitivní	6,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	75 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Pozitivní	19 %
Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost: 100 %		
B	(38) IL	>>> 1	Pozitivní	6,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	75 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Pozitivní	19 %
Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(463) anti-kardiolipin IgG**

A	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(32) Human	1	Negativní	1,6 %
	(38) IL	>>> 3	Pozitivní	4,7 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Pozitivní	3,1 %
	(87) Euroimmun	>>> 7	Pozitivní	11 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 18	Pozitivní	28 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	7,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 6	Pozitivní	9,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Pozitivní	3,1 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 13	Pozitivní	20 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	4,7 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 98 %		
B	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(32) Human	1	Negativní	1,6 %
	(38) IL	>>> 3	Pozitivní	4,7 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Pozitivní	3,1 %
	(87) Euroimmun	>>> 7	Pozitivní	11 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 18	Pozitivní	28 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	7,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 6	Pozitivní	9,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Pozitivní	3,1 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 13	Pozitivní	20 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	4,7 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(464) anti-kardiolipin IgM**

A	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(38) IL	>>> 3	Negativní	4,8 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 7	Negativní	11 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 18	Negativní	29 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Negativní	7,9 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 6	Negativní	9,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 12	Negativní	19 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(38) IL	>>> 3	Negativní	4,8 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 7	Negativní	11 %

## Cyklus EHK: APLA2/22 - Antifosfolipidové protilátky

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N <sub>rel</sub>
B	(115) BioSystems	>>>	1	Negativní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	18	Negativní	29 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	7,9 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	6	Negativní	9,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	3,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	12	Negativní	19 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 63			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

## (465) anti-beta2-GP 1 screening

A	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(38) IL	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Pozitivní	64 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 14			Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(38) IL	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Pozitivní	7,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Pozitivní	64 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 14			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

## (467) anti-beta2-GP 1 IgG

A	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(32) Human	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(38) IL	>>>	4	Pozitivní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	7	Pozitivní	12 %
	(135) OrgenTec	>>>	20	Pozitivní	33 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Pozitivní	6,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5	Pozitivní	8,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13	Pozitivní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 60			Úspěšnost: 100 %		
B	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(32) Human	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(38) IL	>>>	4	Pozitivní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	7	Pozitivní	12 %
	(135) OrgenTec	>>>	20	Pozitivní	33 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,7 %
		>>>	3	Pozitivní	5,0 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5	Pozitivní	8,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13	Pozitivní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 60			Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %					

## (468) anti-beta2-GP 1 IgM

A	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,7 %
	(32) Human	>>>	1	Negativní	1,7 %
	(38) IL	>>>	4	Negativní	6,8 %
	(49) BioVendor	>>>	1	Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	6	Negativní	10 %
	(135) OrgenTec	>>>	20	Negativní	34 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Negativní	6,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5	Negativní	8,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13	Negativní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 59			Úspěšnost: 100 %		

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N <sub>rel</sub>
B	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní		1,7 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní		1,7 %
	(38) IL	>>>	4 Negativní		6,8 %
	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní		1,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	6 Negativní		10 %
	(135) OrgenTec	>>>	20 Negativní		34 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Negativní		1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4 Negativní		6,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5 Negativní		8,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní		1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13 Negativní		22 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní		3,4 %
Celkem za vzorek: n = 59			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					