

Cyklus EHK: AT1/22 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 18.04.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(575) Anti-tyreoglobulin

A1	(0) neuvedeno	>>>	1 Pozitivní	0,53 %
	(1) Abbott	>>>	60 Pozitivní	32 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	16 Pozitivní	8,6 %
	(15) bioMérieux	>>>	1 Pozitivní	0,53 %
	(25) TOSOH	>>>	3 Pozitivní	1,6 %
	(29) Siemens (Immulin)	>>>	14 Pozitivní	7,5 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Pozitivní	0,53 %
	(60) Roche	>>>	1 Negativní	0,53 %
		>>>	60 Pozitivní	32 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Pozitivní	0,53 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Pozitivní	0,53 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	14 Pozitivní	7,5 %
	(179) Siemens	>>>	13 Pozitivní	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	0,53 %
Celkem za vzorek: n = 187		Úspěšnost: 99 %		
B1	(0) neuvedeno	>>>	1 Negativní	0,53 %
	(1) Abbott	>>>	60 Negativní	32 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	16 Negativní	8,6 %
	(15) bioMérieux	>>>	1 Negativní	0,53 %
	(25) TOSOH	>>>	3 Negativní	1,6 %
	(29) Siemens (Immulin)	>>>	14 Negativní	7,5 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Negativní	0,53 %
	(60) Roche	>>>	61 Negativní	33 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Negativní	0,53 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Negativní	0,53 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	14 Negativní	7,5 %
	(179) Siemens	>>>	13 Negativní	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	0,53 %
Celkem za vzorek: n = 187		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	(0) neuvedeno	>>>	1 Pozitivní	0,52 %
	(1) Abbott	>>>	61 Pozitivní	32 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	16 Pozitivní	8,3 %
	(15) bioMérieux	>>>	1 Pozitivní	0,52 %
	(25) TOSOH	>>>	4 Pozitivní	2,1 %
	(29) Siemens (Immulin)	>>>	15 Pozitivní	7,8 %
	(60) Roche	>>>	62 Pozitivní	32 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Pozitivní	0,52 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Pozitivní	0,52 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	14 Pozitivní	7,3 %
	(179) Siemens	>>>	15 Pozitivní	7,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	0,52 %
Celkem za vzorek: n = 192		Úspěšnost: 100 %		
B1	(0) neuvedeno	>>>	1 Negativní	0,52 %
	(1) Abbott	>>>	61 Negativní	32 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	16 Negativní	8,3 %
	(15) bioMérieux	>>>	1 Negativní	0,52 %
	(25) TOSOH	>>>	4 Negativní	2,1 %
	(29) Siemens (Immulin)	>>>	15 Negativní	7,8 %
	(60) Roche	>>>	62 Negativní	32 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Negativní	0,52 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Negativní	0,52 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	14 Negativní	7,3 %
	(179) Siemens	>>>	15 Negativní	7,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	0,52 %
Celkem za vzorek: n = 192		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 2

(590) Anti-TSH receptor

A2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(1) Abbott	>>> 12	Pozitivní	12 %
	(24) B.R.A.H.M.S.	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(29) Siemens (Immulite)	>>> 10	Pozitivní	10 %
	(36) Immunotech	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(60) Roche	>>> 69	Pozitivní	71 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,1 %

Celkem za vzorek: n = 97 Úspěšnost: 100 %

B2	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(1) Abbott	>>> 11	Negativní	11 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,0 %
	(24) B.R.A.H.M.S.	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(29) Siemens (Immulite)	>>> 10	Negativní	10 %
	(36) Immunotech	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(60) Roche	>>> 69	Negativní	71 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %

Celkem za vzorek: n = 97 Úspěšnost: 99 %

Celková úspěšnost: 99 %