

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT1/22 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 18.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CV = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/L]						10						8	7	88%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A2		5,18	1,4	27	10										8 8 100%
(60) Roche		4,35	0,19	4,3	6	0	CVPG	4,79	0,13	33%	3,2	6,38		6	
Ostatní					4	0								2	
							1x 0, 1x 1, 1x 24, 1x 29								
Vzorek B2		0,738	0,45	60	10		CVP	0,798	,0034	100%	0	1,6		10	9 90%
(60) Roche		0,800	0,000	0,00	6	0								6	
Ostatní					4	0								4	
							1x 0, 1x 1, 1x 24, 1x 29								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 22.04.2022