

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CD341/22 - Stanovení populace buněk CD34+

Stop termín: 18.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(690) Leukocyty					22							22	22	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		22,6	0,84	3,7	22	CVP	22,6	0,44	15%	19,2	26	22	22	100%
(63) Sysmex		22,9	0,59	2,6	13	0						13		
Ostatní					9	0						9		
							4x 12, 3x 88, 1x 157, 1x 177							
Vzorek B		37,1	1,2	3,3	22	CVP	37,1	0,64	15%	31,5	42,7	22	22	100%
(63) Sysmex		37,4	1,0	2,7	13	0						13		
Ostatní					9	0						9		
							4x 12, 3x 88, 1x 157, 1x 177							
(691) CD 34+ (relativní počet)					22							22	20	91%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A		0,942	0,082	8,7	22	CVP	0,942	0,043	25%	0,706	1,18	22	21	95%
(12) Beckman Coulter		0,908	0,10	11	6	0						6		
(88) Becton Dickinson		0,965	0,07	7,2	14	0						14		
Ostatní					2	0						2		
							1x 36, 1x 190							
Vzorek B		0,267	0,027	10	22	CVP	0,267	0,014	25%	0,2	0,334	22	21	95%
(12) Beckman Coulter		0,255	0,027	10	6	0						6		
(88) Becton Dickinson		0,277	0,024	8,5	14	0						14		
Ostatní					2	0						2		
							1x 36, 1x 190							
(692) CD 34+ (absolutní počet)					22							22	21	95%
Vzorky a skupiny	[počet/μL]													
Vzorek A		212	20	9,5	22	CVP	212	10	25%	159	265	22	22	100%
(12) Beckman Coulter		206	22	11	6	0						6		
(88) Becton Dickinson		216	22	10	12	0						12		
Ostatní					4	0						4		
							2x 0, 1x 36, 1x 190							
Vzorek B		99,5	7,9	7,9	22	CVP	99,5	4,1	25%	74,6	125	22	21	95%
(12) Beckman Coulter		93,7	8,0	8,6	6	0						6		
(88) Becton Dickinson		104	7,3	7,0	12	0						12		
Ostatní					4	0						4		
							2x 0, 1x 36, 1x 190							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 26.04.2022