

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP1/22 - Stanovení CRP

Stop termín: 11.02.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					297							297	294	99%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		9,25	0,71	7,7	297	CVP	9,25	0,10	24%	7,03	11,5	297	294	99%
(1) Abbott		9,39	0,32	3,4	60	0						60		
(12) Beckman Coulter		9,83	0,43	4,3	12	0						12		
(49) BioVendor		8,88	1,3	15	7	0						7		
(58) Beckman Coulter (AU)		9,75	0,38	3,9	35	0						35		
(60) Roche		8,73	0,26	2,9	116	0						116		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		9,39	0,77	8,2	18	0						18		
(162) Siemens (Atellica)		10,6	0,55	5,1	13	0						13		
(177) Mindray		10,2	0,44	4,4	5	0						5		
(179) Siemens		10,4	0,33	3,1	13	0						13		
Ostatní					18	0						18		
							1x 5, 1x 36, 2x 46, 1x 61, 1x 70, 1x 75, 1x 91, 4x 116, 1x 152, 1x 158, 4x 178							
Vzorek B		18,1	1,2	6,4	297	CVP	18,1	0,16	24%	13,7	22,5	297	297	100%
(1) Abbott		19,1	0,46	2,4	60	0						60		
(12) Beckman Coulter		18,2	0,89	4,9	12	0						12		
(49) BioVendor		18,3	1,1	6,1	7	0						7		
(58) Beckman Coulter (AU)		17,5	0,56	3,2	35	0						35		
(60) Roche		17,4	0,56	3,2	116	0						116		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		18,1	1,2	6,4	18	0						18		
(162) Siemens (Atellica)		20,7	0,92	4,4	13	0						13		
(177) Mindray		19,3	0,44	2,3	5	0						5		
(179) Siemens		20,3	0,92	4,5	13	0						13		
Ostatní					18	0						18		
							1x 5, 1x 36, 2x 46, 1x 61, 1x 70, 1x 75, 1x 91, 4x 116, 1x 152, 1x 158, 4x 178							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 15.02.2022