

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP2/22 - Stanovení CRP

Stop termín: 20.05.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					157							157	156	99%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		18,4	1,4	7,3	157	CVP	18,4	0,26	24%	13,9	22,9	157	157	100%
(2) Imunoturbidimetrie		18,4	1,4	7,4	150	0						150		
Ostatní					7	0						7		
							4x 3,3x 99							
Vzorek B		63,4	3,9	6,1	157	CVP	63,4	0,76	24%	48,1	78,7	157	156	99%
(2) Imunoturbidimetrie		63,4	3,7	5,9	150	0						150		
Ostatní					7	0						7		
							4x 3,3x 99							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 25.05.2022