

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP2/22 - Stanovení CRP

Stop termín: 20.05.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					27							27	27	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		17,9	1,4	7,6	27	CVP	18,4	0,26	24%	13,9	22,9	27	27	100%
(2) Imunoturbidimetrie		17,9	1,4	7,8	25	0						25		
Ostatní					2	0						2		
						2x 3								
Vzorek B		66,6	4,8	7,2	27	CVP	63,4	0,76	24%	48,1	78,7	27	27	100%
(2) Imunoturbidimetrie		66,5	4,5	6,8	25	0						25		
Ostatní					2	0						2		
						2x 3								
st_kn_p						Konec sestavy								Vytisknuto: 25.05.2022