

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CRPP3/22 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 10.06.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(104) C-reaktivní protein</b>					145							145	129	89%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
<b>Vzorek A</b>		36,3	3,6	10	145	CVP	36,3	0,74	24%	27,5	45,1	145	131	90%
(130) Aidian QuikRead 101		35,8	3,0	8,5	14	0						14		
(134) Aidian QuikRead go		36,1	3,2	9,0	112	0						112		
Ostatní					19	0						19		
							4x 131, 1x 132, 4x 133, 4x 135, 2x 136, 4x 999							
<b>Vzorek B</b>		65,2	6,4	9,8	145	CVP	65,2	1,3	24%	49,5	80,9	145	135	93%
(130) Aidian QuikRead 101		66,2	3,9	5,9	14	0						14		
(134) Aidian QuikRead go		64,4	6,2	9,7	112	0						112		
Ostatní					19	1						19		
							4x 131, 1x 132, 4x 133, 4x 135, 2x 136, 4x 999							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 20.06.2022