

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------|---------|---|----------|------------------|
|--------|---------|---|----------|------------------|

(289) Počet pásů IgG v likvoru

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------------------------|-------|
| F1+F2 | Všechny výsledky | ± 17 | 0 (pásy nejsou přítomny) | 94 % |
| | | ± 1 | 3 pásy | 5,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 18 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

(290) Počet pásů IgG v plazmě

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------------------------|-------|
| F1+F2 | Všechny výsledky | ± 17 | 0 (pásy nejsou přítomny) | 94 % |
| | | ± 1 | 3 pásy | 5,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 18 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

(291) Výsledný vzorec

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| F1+F2 | Všechny výsledky | >>> 17 | Vzorec I | 94 % |
| | | > 1 | Vzorec IV | 5,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 18 | | Úspěšnost: 100 % | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(292) Intratekální syntéza IgG

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|-------|
| F1+F2 | Všechny výsledky | >>> 18 | Nepřítomna | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 18 | | Úspěšnost: 100 % | | |

Celková úspěšnost: 100 %