

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: DD2/22 - D Dimery

Stop termín: 17.06.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(476) D Dimery (FEU)					60							60	55	92%
Vzorky a skupiny	[mg/L FEU]													
Vzorek A		0,600	0,24	40	60							60	55	92%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		0,786	0,047	5,9	30	0	CVPG	0,767	0,012	27%	0,559	0,975	30	
(935) Mindray D-Dimer		0,496	0,063	13	17	0	CVPG	0,496	0,038	27%	0,362	0,63	17	
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500		0,345	0,039	11	5	0	CVPG	0,366	0,093	27%	0,267	0,465	5	
(988) Diagon Dia-D-Dimer		0,268	0,023	8,6	6	0	CVPG	0,268	0,032	27%	0,195	0,341	6	
Ostatní					2	0							2	
								1x 955, 1x 958						
Vzorek B		1,37	0,34	25	60							60	57	95%
(917) Siemens Innovance D-Dimer		1,62	0,12	7,5	30	0	CVPG	1,63	0,020	27%	1,18	2,08	30	
(935) Mindray D-Dimer		1,13	0,14	12	17	0	CVPG	1,13	0,083	27%	0,824	1,44	17	
(976) IL HemosIL D-Dimer HS 500		1,31	0,036	2,8	5	0	CVPG	1,3	0,019	27%	0,949	1,66	5	
(988) Diagon Dia-D-Dimer		0,987	0,079	8,0	6	0	CVPG	0,987	0,11	27%	0,72	1,26	6	
Ostatní					2	0							2	
								1x 955, 1x 958						
(477) D Dimery (DDim)					2							2	2	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L D Dimer]													
Vzorek A		0,100	0,000	0,00	2							2	2	100%
Ostatní					2	1						2		
								2x 926						
Vzorek B		0,254	0,008	3,1	2							2	2	100%
Ostatní					2	0						2		
								2x 926						

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 28.06.2022