

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

| Zkouška | Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------------|--------|---------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| (268) Bilirubin | | | | | |
| A | | Všechny výsledky | >>> 298 | Negativní | 100 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 298 | Úspěšnost: 100 % | | |
| B | | Všechny výsledky | 1 | Neuvedeno | 0,34 % |
| | | | >>> 295 | Negativní | 99 % |
| | | | 1 | 1+, 2+ | 0,34 % |
| | | | 1 | 3+, 4+ | 0,34 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 298 | Úspěšnost: 99 % | | |
| | | Celková úspěšnost: 99 % | | | |
| (264) Celková bílkovina | | | | | |
| A | | Všechny výsledky | >>> 300 | Negativní, < 0,3 g/L | 100 % |
| | | | 1 | 0,51 - 2,5 g/L | 0,33 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 301 | Úspěšnost: 100 % | | |
| B | | Všechny výsledky | 5 | Negativní, < 0,3 g/L | 1,7 % |
| | | | >>> 150 | 0,3 - 0,5 g/L | 50 % |
| | | | >>> 135 | 0,51 - 2,5 g/L | 45 % |
| | | | > 11 | > 2,5 g/L | 3,7 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 301 | Úspěšnost: 98 % | | |
| | | Celková úspěšnost: 98 % | | | |
| (261) Glukóza | | | | | |
| A | | Všechny výsledky | >>> 299 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | 99 % |
| | | | 2 | 2,81 - 11 mmol/L | 0,66 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 301 | Úspěšnost: 99 % | | |
| B | | Všechny výsledky | 2 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | 0,66 % |
| | | | > 32 | 2,81 - 11 mmol/L | 11 % |
| | | | >>> 221 | 11,1 - 28 mmol/L | 73 % |
| | | | > 46 | > 28 mmol/L | 15 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 301 | Úspěšnost: 99 % | | |
| | | Celková úspěšnost: 99 % | | | |
| (275) hCG | | | | | |
| A | | Všechny výsledky | >>> 14 | Negativní | 100 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 14 | Úspěšnost: 100 % | | |
| B | | Všechny výsledky | >>> 14 | Negativní | 100 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 14 | Úspěšnost: 100 % | | |
| | | Celková úspěšnost: 100 % | | | |
| (263) Ketony | | | | | |
| A | | Všechny výsledky | >>> 299 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | 100 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 299 | Úspěšnost: 100 % | | |
| B | | Všechny výsledky | >>> 298 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | 100 % |
| | | | 1 | 1+, 2+ | 0,33 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 299 | Úspěšnost: 100 % | | |
| | | Celková úspěšnost: 100 % | | | |
| (272) Krev | | | | | |
| A | | Všechny výsledky | >>> 298 | Negativní | 99 % |
| | | | 2 | 5 - 12 ery/ μ L | 0,66 % |
| | | | 1 | > 50 ery/ μ L | 0,33 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 301 | Úspěšnost: 99 % | | |
| B | | Všechny výsledky | 2 | Negativní | 0,66 % |
| | | | 2 | 5 - 12 ery/ μ L | 0,66 % |
| | | | > 22 | 13 - 50 ery/ μ L | 7,3 % |
| | | | >>> 275 | > 50 ery/ μ L | 91 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 301 | Úspěšnost: 99 % | | |
| | | Celková úspěšnost: 98 % | | | |
| (270) Leukocyty | | | | | |
| A | | Všechny výsledky | >>> 265 | Negativní | 100 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 265 | Úspěšnost: 100 % | | |
| B | | Všechny výsledky | >>> 260 | Negativní | 98 % |
| | | | 5 | 10 - 50 leu/ μ L | 1,9 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 265 | Úspěšnost: 98 % | | |
| | | Celková úspěšnost: 98 % | | | |
| (274) Nitrity | | | | | |
| A | | Všechny výsledky | >>> 264 | Negativní | 99 % |
| | | | 2 | Pozitivní | 0,75 % |
| | | Celkem za vzorek: n = 266 | Úspěšnost: 99 % | | |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| B | Všechny výsledky | >>> 264 | Negativní | 99 % |
| | | 2 | Pozitivní | 0,75 % |
| Celkem za vzorek: n = 266 | | Úspěšnost: 99 % | | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | |

(273) pH

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----|--------|
| A | Všechny výsledky | >>> 219 | 5,0 | 73 % |
| | | > 64 | 5,5 | 21 % |
| | | > 16 | 6,0 | 5,3 % |
| | | 2 | 6,5 | 0,66 % |
| Celkem za vzorek: n = 301 | | Úspěšnost: 99 % | | |
| B | Všechny výsledky | 3 | 5,0 | 1,0 % |
| | | > 1 | 5,5 | 0,33 % |
| | | > 58 | 6,0 | 19 % |
| | | >>> 202 | 6,5 | 67 % |
| | | > 37 | 7,0 | 12 % |
| Celkem za vzorek: n = 301 | | Úspěšnost: 99 % | | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | |

(266) Urobilinogen

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| A | Všechny výsledky | >>> 300 | Negativní, < 17 µmol/L | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 300 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B | Všechny výsledky | >>> 298 | Negativní, < 17 µmol/L | 99 % |
| | | 2 | 1+, 2+ | 0,67 % |
| Celkem za vzorek: n = 300 | | Úspěšnost: 99 % | | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | |