

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(268) Bilirubin</b>					
A	(1)	Vizuálně	>>> 30	Negativní	10 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 268	Negativní	90 %
Celkem za vzorek: n = 298			Úspěšnost: 100 %		
B	(1)	Vizuálně	1	Neuvedeno	0,34 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 266	Negativní	97 %
			1	1+, 2+	0,34 %
			1	3+, 4+	0,34 %
Celkem za vzorek: n = 298			Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %					

<b>(264) Celková bílkovina</b>					
A	(1)	Vizuálně	>>> 32	Negativní, < 0,3 g/L	11 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 268	Negativní, < 0,3 g/L	89 %
			1	0,51 - 2,5 g/L	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 100 %		
B	(1)	Vizuálně	>>> 19	0,3 - 0,5 g/L	6,3 %
			>>> 12	0,51 - 2,5 g/L	4,0 %
			> 1	> 2,5 g/L	0,33 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	5	Negativní, < 0,3 g/L	1,7 %
			>>> 131	0,3 - 0,5 g/L	44 %
			>>> 123	0,51 - 2,5 g/L	41 %
			> 10	> 2,5 g/L	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %					

<b>(261) Glukóza</b>					
A	(1)	Vizuálně	>>> 32	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 267	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	89 %
			2	2,81 - 11 mmol/L	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 99 %		
B	(1)	Vizuálně	>>> 14	11,1 - 28 mmol/L	4,7 %
			> 18	> 28 mmol/L	6,0 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,66 %
			> 32	2,81 - 11 mmol/L	11 %
			>>> 207	11,1 - 28 mmol/L	69 %
			> 28	> 28 mmol/L	9,3 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %					

<b>(275) hCG</b>					
A	(1)	Vizuálně	>>> 12	Negativní	86 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 2	Negativní	14 %
Celkem za vzorek: n = 14			Úspěšnost: 100 %		
B	(1)	Vizuálně	>>> 12	Negativní	86 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 2	Negativní	14 %
Celkem za vzorek: n = 14			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

<b>(263) Ketony</b>					
A	(1)	Vizuálně	>>> 32	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 267	Negativní, <= 0,5 mmol/L	89 %
Celkem za vzorek: n = 299			Úspěšnost: 100 %		
B	(1)	Vizuálně	>>> 32	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 266	Negativní, <= 0,5 mmol/L	89 %
			1	1+, 2+	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 299			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

<b>(272) Krev</b>					
A	(1)	Vizuálně	>>> 31	Negativní	10 %
			1	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,33 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 267	Negativní	89 %
			1	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,33 %
			1	> 50 ery/ $\mu$ L	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 99 %		
B	(1)	Vizuálně	> 3	13 - 50 ery/ $\mu$ L	1,0 %
			>>> 29	> 50 ery/ $\mu$ L	9,6 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
B	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní	0,66 %
		2	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,66 %
		> 19	13 - 50 ery/ $\mu$ L	6,3 %
		>>> 246	> 50 ery/ $\mu$ L	82 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

**(270) Leukocyty**

A	(1) Vizuálně	>>> 6	Negativní	2,3 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 259	Negativní	98 %
Celkem za vzorek: n = 265			Úspěšnost: 100 %	
B	(1) Vizuálně	>>> 4	Negativní	1,5 %
		2	10 - 50 leu/ $\mu$ L	0,75 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 256	Negativní	97 %
		3	10 - 50 leu/ $\mu$ L	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 265			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

**(274) Nitrity**

A	(1) Vizuálně	>>> 8	Negativní	3,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 256	Negativní	96 %
		2	Pozitivní	0,75 %
Celkem za vzorek: n = 266			Úspěšnost: 99 %	
B	(1) Vizuálně	>>> 8	Negativní	3,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 256	Negativní	96 %
		2	Pozitivní	0,75 %
Celkem za vzorek: n = 266			Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				

**(273) pH**

A	(1) Vizuálně	>>> 32	5,0	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 187	5,0	62 %
		> 64	5,5	21 %
		> 16	6,0	5,3 %
		2	6,5	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 99 %	
B	(1) Vizuálně	2	5,0	0,66 %
		> 1	5,5	0,33 %
		> 16	6,0	5,3 %
		>>> 11	6,5	3,7 %
		> 2	7,0	0,66 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	5,0	0,33 %
		> 42	6,0	14 %
		>>> 191	6,5	63 %
		> 35	7,0	12 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				

**(266) Urobilinogen**

A	(1) Vizuálně	>>> 32	Negativní, < 17 $\mu$ mol/L	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 268	Negativní, < 17 $\mu$ mol/L	89 %
Celkem za vzorek: n = 300			Úspěšnost: 100 %	
B	(1) Vizuálně	>>> 31	Negativní, < 17 $\mu$ mol/L	10 %
		1	1+, 2+	0,33 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 267	Negativní, < 17 $\mu$ mol/L	89 %
		1	1+, 2+	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 300			Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				