

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(268) Bilirubin				
A	(1) Vizually	>>> 3	Negativní	5,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 57	Negativní	95 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 3	3+, 4+	5,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 3	1+, 2+	5,0 %
		>>> 54	3+, 4+	90 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(264) Celková bílkovina

A	(1) Vizually	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	6,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 57	Negativní, < 0,3 g/L	93 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 4	> 2,5 g/L	6,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	5	0,3 - 0,5 g/L	8,2 %
		>>> 37	0,51 - 2,5 g/L	61 %
		>>> 15	> 2,5 g/L	25 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

(261) Glukóza

A	(1) Vizually	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,6 %
		3	2,81 - 11 mmol/L	4,9 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 49	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	80 %
		7	2,81 - 11 mmol/L	11 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 82 %		
B	(1) Vizually	1	2,81 - 11 mmol/L	1,6 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	4,9 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,6 %
		2	2,81 - 11 mmol/L	3,3 %
		> 22	11,1 - 28 mmol/L	36 %
		>>> 32	> 28 mmol/L	52 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 77 %				

(275) hCG

A	(1) Vizually	>>> 4	Negativní	80 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 1	Negativní	20 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 4	Pozitivní	80 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 1	Pozitivní	20 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(263) Ketony

A	(1) Vizually	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 56	Negativní, <= 0,5 mmol/L	92 %
		1	1+, 2+	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 98 %		
B	(1) Vizually	>>> 2	1+, 2+	3,3 %
		> 2	3+, 4+	3,3 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,6 %
		>>> 43	1+, 2+	70 %
		> 13	3+, 4+	21 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(272) Krev

A	(1) Vizually	>>> 4	Negativní	6,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 56	Negativní	92 %
		1	> 50 ery/ μ L	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 98 %		
B	(1) Vizually	>>> 4	> 50 ery/ μ L	6,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní	1,6 %
		1	5 - 12 ery/ μ L	1,6 %
		> 2	13 - 50 ery/ μ L	3,3 %
		>>> 53	> 50 ery/ μ L	87 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(270) Leukocyty

A	(1) Vizually	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>>	54	Negativní	96 %
			1	10 - 50 leu/μL	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %			
B	(1) Vizually	>>>	1	> 250 leu/μL	1,8 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		2	Negativní	3,6 %
		>	3	10 - 50 leu/μL	5,4 %
		>>>	26	51 - 250 leu/μL	46 %
		>>>	24	> 250 leu/μL	43 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 96 %			
Celková úspěšnost: 95 %					

(274) Nitrity

A	(1) Vizually	>>>	3	Negativní	5,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>>	56	Negativní	93 %
			1	Pozitivní	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 98 %			
B	(1) Vizually	>>>	3	Pozitivní	5,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>>	57	Pozitivní	95 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(273) pH

A	(1) Vizually	>	1	5,5	1,6 %
		>	3	6,0	4,9 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		3	5,0	4,9 %
		>	15	6,0	25 %
		>>>	25	6,5	41 %
		>	14	7,0	23 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 95 %			
B	(1) Vizually	>	2	6,5	3,3 %
		>>>	2	7,0	3,3 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		3	5,0	4,9 %
		>	2	6,0	3,3 %
		>	23	6,5	38 %
		>>>	29	7,0	48 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 95 %			
Celková úspěšnost: 93 %					

(266) Urobilinogen

A	(1) Vizually	>>>	4	Negativní, < 17 μmol/L	6,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>>	57	Negativní, < 17 μmol/L	93 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %			
B	(1) Vizually	>>>	4	3+, 4+	6,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>	28	1+, 2+	46 %
		>>>	29	3+, 4+	48 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					