Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Cyklus EHK: FC1/22 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 04.03.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N_{rel}
(223) Kalprotektin					
A	(2) EIA (ELISA)	>>>	19	Pozitivní	26 %
	(3) FIA (FEIA, TRACE)	>>>	5	Pozitivní	6,9 %
	(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	>>>	14	Pozitivní	19 %
	(6) IMT, IMN		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		>>>	17	Pozitivní	24 %
	(7) HPLC, GC		1	Negativní	1,4 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		>>>	12	Pozitivní	17 %
	(99) Jiný princip měření		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		>>>	1	Pozitivní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 94 %			
B	(2) EIA (ELISA)	>>>	19	Negativní	26 %
	(3) FIA (FEIA, TRACE)	>>>	5	Negativní	6,9 %
	(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	>>>	13	Negativní	18 %
			1	Pozitivní	1,4 %
	(6) IMT, IMN	>>>	18	Negativní	25 %
	(7) HPLC, GC	>>>	14	Negativní	19 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	2	Negativní	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 99 %			

Celková úspěšnost: 93 %

st_kl

Konec sestavy

Vytištěno: 15.03.2022