

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: FC1/22 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 04.03.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(223) Kalprotektin					10							10	6	60%
Vzorky a skupiny	[µg/g]													
Vzorek A		426	230	53	10	CVP	405	68	50%	202	608	10	6	60%
Ostatní					10	0						10		
							2x 135, 1x 164, 1x 199, 1x 200, 1x 211, 4x 999							
Vzorek B		19,7	16	79	10	CVP	26,1	2,9	100%	0	52,2	10	9	90%
Ostatní					10	1						10		
							2x 135, 1x 164, 1x 199, 1x 200, 1x 211, 4x 999							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 15.03.2022