

Cyklus EHK: FC2/22 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 23.09.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(223) Kalprotektin				
A	(2) EIA (ELISA)	>>> 13	Negativní	18 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		> 2	Pozitivní	2,8 %
	(3) FIA (FEIA, TRACE)	>>> 3	Negativní	4,2 %
		> 3	Pozitivní	4,2 %
	(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	>>> 10	Negativní	14 %
		> 2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,8 %
		> 4	Pozitivní	5,6 %
	(6) IMT, IMN	>>> 16	Negativní	22 %
		> 3	Pozitivní	4,2 %
	(7) HPLC, GC	>>> 11	Negativní	15 %
		> 2	Pozitivní	2,8 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 2	Negativní	2,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 72 -----		Úspěšnost: 100 %		-----
B	(2) EIA (ELISA)	>>> 16	Negativní	22 %
	(3) FIA (FEIA, TRACE)	>>> 6	Negativní	8,3 %
	(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	>>> 16	Negativní	22 %
	(6) IMT, IMN	>>> 18	Negativní	25 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(7) HPLC, GC	>>> 13	Negativní	18 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 2	Negativní	2,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 72 -----		Úspěšnost: 99 %		-----
Celková úspěšnost: 99 %				