

Cyklus EHK: FC2/22 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 23.09.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(223) Kalprotektin				
A	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,4 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 5	Negativní	6,9 %
		> 1	Pozitivní	1,4 %
	(164) DiaSorin	>>> 3	Negativní	4,2 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		> 3	Pozitivní	4,2 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	5,6 %
		> 4	Pozitivní	5,6 %
	(199) Eurolab Lambda	> 1	Pozitivní	1,4 %
	(200) BodiTech	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 5	Negativní	6,9 %
	(219) Bühlmann	>>> 24	Negativní	33 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		> 4	Pozitivní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 11	Negativní	15 %
		> 1	Pozitivní	1,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 72 -----		Úspěšnost: 100 %		
B	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 6	Negativní	8,3 %
	(164) DiaSorin	>>> 7	Negativní	9,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 8	Negativní	11 %
	(199) Eurolab Lambda	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(200) BodiTech	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 5	Negativní	6,9 %
	(219) Bühlmann	>>> 29	Negativní	40 %
	(999) jiný výrobce	>>> 12	Negativní	17 %
----- Celkem za vzorek: n = 72 -----		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				