

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: FC2/22 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 23.09.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(223) Kalprotektin					10							10	9	90%
Vzorky a skupiny	[µg/g]													
Vzorek A		25,6	9,3	36	10	CVP	40,1	6,5	100%	0	80,2	10	9	90%
Ostatní					10							10		
							2x 135, 1x 164, 1x 199, 1x 200, 1x 211, 4x 999							
Vzorek B		11,6	6,6	57	10	CVP	18,4	3,2	100%	0	36,8	10	9	90%
Ostatní					10							10		
							2x 135, 1x 164, 1x 199, 1x 200, 1x 211, 4x 999							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 04.10.2022