

## Cyklus EHK: GLC2/22 - Stanovení glukózy (včetně glukometrů)

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost						Návaznost															
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>Tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>(140) Glukóza (laboratorní systémy)</b>	[mmol/L]				12							0									12	12	100%
Vzorky a skupiny																							
<b>Vzorek A</b>		6,54	0,26	3,9	12							0		CRV	7,004	0,070	asym.	5,6	8,06		12	12	100%
Všechny výsledky		6,54	0,26	3,9	12	0															12	12	100%
<b>Vzorek B</b>		11,7	0,46	3,9	12							0		CRV	11,91	0,12	15%	10,1	13,7		12	12	100%
Všechny výsledky		11,7	0,46	3,9	12	0															12		
<b>(780) Glukóza (Nova POCT)</b>	[mmol/L]				17							17	15	88%								0	
Vzorky a skupiny																							
<b>Vzorek A</b>		6,36	0,24	3,7	17	CVP	6,35	0,033	15%	5,39	7,31	17	17	100%								0	
Všechny výsledky		6,36	0,24	3,7	17	0						17											
<b>Vzorek B</b>		11,0	0,54	4,9	17	CVP	10,9	0,056	15%	9,26	12,6	17	15	88%								0	
Všechny výsledky		11,0	0,54	4,9	17	0						17											
<b>(781) Glukóza (Roche POCT)</b>	[mmol/L]				60							60	60	100%								0	
Vzorky a skupiny																							
<b>Vzorek A</b>		7,01	0,36	5,1	60							60	60	100%								0	
(318) Roche Accu-Chek Inform II		7,01	0,36	5,1	60	0 CVPG	6,92	0,030	15%	5,88	7,96	60											
<b>Vzorek B</b>		12,5	0,48	3,8	60							60	60	100%								0	
(318) Roche Accu-Chek Inform II		12,5	0,48	3,8	60	0 CVPG	12,5	0,050	15%	10,6	14,4	60											

st\_kn\_np

Konec sestavy

Vytiskeno: 16.11.2022