

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: HIL1/22 - Sérové indexy

Stop termín: 22.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(501) Hemolytický index (kvantitativně)	[μmol/L]				71							71	57	80%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		28,0	6,9	24	71	CVP	28	2,1	60%	11,2	44,8	71	58	82%
(1) Abbott		25,9	2,2	8,4	22	4						22		
(60) Roche		28,6	7,8	27	43	4						43		
Ostatní					6	1						6		
----- 1x 12, 2x 58, 3x 162 -----														
Vzorek B		79,0	7,2	9,1	71	CVP	79	2,2	23%	60,8	97,2	71	62	87%
(1) Abbott		77,5	2,8	3,6	22	4						22		
(60) Roche		78,1	8,8	11	43	0						43		
Ostatní					6	1						6		
----- 1x 12, 2x 58, 3x 162 -----														
(502) Ikterický index (kvantitativně)	[μmol/L]				71							71	69	97%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		463	36	7,7	71	CVP	463	10	20%	370	556	71	69	97%
(1) Abbott		468	34	7,2	22	0						22		
(60) Roche		461	34	7,3	43	0						43		
Ostatní					6	0						6		
----- 1x 12, 2x 58, 3x 162 -----														
Vzorek B		242	33	14	71	CVP	242	9,7	35%	157	327	71	69	97%
(1) Abbott		208	21	10	22	0						22		
(60) Roche		257	18	6,8	43	0						43		
Ostatní					6	0						6		
----- 1x 12, 2x 58, 3x 162 -----														
(503) Lipemický index (kvantitativně)	[g/L]				68							68	65	96%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		4,93	0,58	12	68	CVP	4,93	0,17	30%	3,45	6,41	68	66	97%
(1) Abbott		4,34	0,35	8,1	19	0						19		
(60) Roche		5,25	0,27	5,1	43	0						43		
Ostatní					6	0						6		
----- 1x 12, 2x 58, 3x 162 -----														
Vzorek B		4,01	0,42	10	68	CVP	4,01	0,12	25%	3	5,02	68	66	97%
(1) Abbott		3,58	0,31	8,6	19	0						19		
(60) Roche		4,19	0,27	6,4	43	0						43		
Ostatní					6	0						6		
----- 1x 12, 2x 58, 3x 162 -----														

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.05.2022