

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

| Zkouška | Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|----------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|------------------|
| (1076) ER pozice 1 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1077) ER pozice 2 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 9 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 9 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1078) ER pozice 3 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1079) ER pozice 4 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1080) ER pozice 5 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1081) ER pozice 6 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1082) ER pozice 7 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1083) ER pozice 8 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1084) ER pozice 9 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1085) ER pozice 10 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 10 | Negativní | 91 % |
| | | | 1 | Pozitivní | 9,1 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 91 % | | | |
| Celková úspěšnost: 91 % | | | | | |
| (1096) PgR pozice 1 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1097) PgR pozice 2 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1098) PgR pozice 3 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1099) PgR pozice 4 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 11 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |
| (1100) PgR pozice 5 | | | | | |
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> | 11 | Pozitivní | 100 % |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|---------|------------------|----------|------------------|
| Celkem za vzorek: n = 11 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(1101) PgR pozice 6

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> 11 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 11 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(1102) PgR pozice 7

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> 11 | Pozitivní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 11 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(1103) PgR pozice 8

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> 11 | Pozitivní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 11 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(1104) PgR pozice 9

| | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------|------|
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> 9 | Negativní | 82 % |
| | | 2 | Pozitivní | 18 % |
| Celkem za vzorek: n = 11 | | Úspěšnost: 82 % | | |
| Celková úspěšnost: 82 % | | | | |

(1105) PgR pozice 10

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Skla EHK | Všechny výsledky | >>> 11 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 11 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |