

Cyklus EHK: HS1/22 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 17.06.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 3

(488) APC - rezistence

A3	(38) IL	>>> 10	Pozitivní	16 %
	(51) Technoclone	>>> 2	Pozitivní	3,3 %
	(94) Stago	>>> 4	Pozitivní	6,6 %
	(102) Chromogenix	>>> 2	Pozitivní	3,3 %
	(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	>>> 12	Pozitivní	20 %
	(179) Siemens	>>> 5	Pozitivní	8,2 %
	(192) Pentapharm	>>> 25	Pozitivní	41 %
	(193) HYPHEN BioMed	>>> 1	Pozitivní	1,6 %

Celkem za vzorek: n = 61 ----- Úspěšnost: 100 % -----

Celková úspěšnost: 100 %

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 29.06.2022