

Filtr: Slovensko

Cyklus EHK: HS2/22 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 18.11.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 3

(488) APC - rezistence

A3	(1) Koagulační stanovení	>>>	8	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 23.11.2022