

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: HS2/22 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 18.11.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
Sada 1														
(479) Faktor VIII					100							100	99	99%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A1		85,1	7,5	8,8	100	CVP	85,1	1,8	25%	63,8	107	100	99	99%
(38) IL		78,2	11	14	17	0						17		
(94) Stago		86,2	6,9	8,0	11	0						11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		86,3	7,0	8,1	48	0						48		
(179) Siemens		87,7	4,8	5,5	13	0						13		
(193) HYPHEN BioMed		81,5	5,6	6,8	9	0						9		
Ostatní					2	0						2		
							1x 63, 1x 175							
(480) von Willebrandův f. (aktivita)					27							27	27	100%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A1		67,2	5,2	7,7	27	CVP	67,2	2,4	30%	47	87,4	27	27	100%
(38) IL		70,7	5,9	8,3	6	0						6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		66,4	4,0	6,0	14	0						14		
(179) Siemens		67,4	7,5	11	6	0						6		
Ostatní					1	0						1		
							1x 0							
(481) von Willebrandův f. (antigen)					28							28	27	96%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A1		81,3	5,3	6,6	28	CVP	81,3	2,5	20%	65	97,6	28	27	96%
(38) IL		82,3	7,8	9,5	7	0						7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		81,3	2,0	2,5	9	0						9		
(179) Siemens		80,1	6,4	8,0	6	0						6		
Ostatní					6	0						6		
							1x 0, 1x 15, 3x 94, 1x 207							
Sada 2														
(482) Faktor IX					41							41	41	100%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A2		101	7,3	7,2	41	CVP	101	2,8	25%	75,7	127	41	41	100%
(38) IL		95,4	8,2	8,6	9	0						9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		103	5,3	5,2	16	0						16		
(179) Siemens		101	14	14	8	0						8		
(193) HYPHEN BioMed		102	5,9	5,7	5	0						5		
Ostatní					3	0						3		
							3x 94							
(483) Faktor XI					28							28	28	100%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A2		134	9,7	7,2	28	CVP	134	4,5	25%	100	168	28	28	100%
(38) IL		132	8,7	6,6	7	0						7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		134	12	9,0	12	0						12		
Ostatní					9	0						9		
							2x 94, 3x 179, 4x 193							
(484) Faktor XII					33							33	31	94%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A2		2,88	2,5	87	33	CVP	2,88	1,1	asym.	0	6,4	33	31	94%
(38) IL		1,85	1,3	68	7	0						7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		4,07	3,0	74	13	0						13		
(179) Siemens		2,51	1,8	71	6	0						6		
Ostatní					7	0						7		
							4x 94, 3x 193							
Sada 3														
(485) Protein C					83							83	82	99%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A3		119	5,9	4,9	83	CVP	119	1,6	20%	95,2	143	83	82	99%
(38) IL		117	5,4	4,6	17	0						17		
(94) Stago		120	7,4	6,2	5	0						5		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		120	5,3	4,4	37	0						37		
(179) Siemens		120	4,5	3,7	11	0						11		
(193) HYPHEN BioMed		119	8,5	7,1	11	0						11		
Ostatní					2	0						2		
							1x 0, 1x 102							

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: HS2/22 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost						N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(486) Protein S					78								78	77	99%
Vzorky a skupiny	[%]														
Vzorek A3		103	9,9	9,7	78	CVP	103	2,8	30%	72,1	134	78	77	99%	
(38) IL		111	11	9,8	15	0						15			
(94) Stago		100	4,8	4,8	9	0						9			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		104	9,8	9,5	34	0						34			
(179) Siemens		97,0	4,1	4,2	11	0						11			
(193) HYPHEN BioMed		97,2	12	12	8	0						8			
Ostatní					1	0						1			
							1x 184								
(487) ProC Global (norm. poměr)					28							28	25	89%	
Vzorky a skupiny	[-]														
Vzorek A3		0,974	0,12	12	28	CVP	0,974	0,055	25%	0,73	1,22	28	25	89%	
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,954	0,097	10	25	0						25			
Ostatní					3	0						3			
							1x 63, 2x 179								
Sada 4															
(491) Faktor II					31							31	31	100%	
Vzorky a skupiny	[%]														
Vzorek A4		80,6	6,3	7,9	31	CVP	80,6	2,8	25%	60,4	101	31	31	100%	
(38) IL		75,7	2,7	3,6	7	0						7			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		83,4	5,8	7,0	13	0						13			
(179) Siemens		79,9	9,2	12	6	0						6			
Ostatní					5	0						5			
							3x 94, 2x 193								
(492) Faktor V					33							33	33	100%	
Vzorky a skupiny	[%]														
Vzorek A4		83,9	7,4	8,8	33	CVP	83,9	3,2	25%	62,9	105	33	33	100%	
(38) IL		73,5	7,8	11	8	0						8			
(94) Stago		84,8	4,1	4,8	5	0						5			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		86,6	4,3	4,9	13	0						13			
(179) Siemens		88,1	10	12	7	0						7			
(493) Faktor VII					37							37	36	97%	
Vzorky a skupiny	[%]														
Vzorek A4		89,5	10	11	37	CVP	89,5	4,0	25%	67,1	112	37	36	97%	
(38) IL		78,5	5,2	6,6	8	0						8			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		89,3	7,9	8,8	16	0						16			
(179) Siemens		90,3	6,4	7,1	8	0						8			
Ostatní					5	0						5			
							3x 94, 2x 193								
(494) Faktor X					29							29	29	100%	
Vzorky a skupiny	[%]														
Vzorek A4		81,9	7,0	8,5	29	CVP	81,9	3,2	25%	61,4	103	29	29	100%	
(38) IL		71,4	5,7	8,0	7	0						7			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		85,2	5,0	5,9	13	0						13			
Ostatní					9	0						9			
							2x 94, 1x 175, 4x 179, 2x 193								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 23.11.2022