

Cyklus EHK: IFT1/22 - Imunofenotypizace

Stop termín: 11.04.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(259) HLA-B27				
A	(12) Beckman Coulter	1	Negativní	1,6 %
		>	2 Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,2 %
		>>>	38 Pozitivní	60 %
	(36) Immunotech	1	Negativní	1,6 %
		>>>	1 Pozitivní	1,6 %
	(88) Becton Dickinson	1	Negativní	1,6 %
		>>>	13 Pozitivní	21 %
	(177) Mindray	>>>	5 Pozitivní	7,9 %
	(190) Exbio Praha	>>>	1 Pozitivní	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 95 %	
B	(12) Beckman Coulter	>>>	41 Negativní	65 %
	(36) Immunotech	>>>	2 Negativní	3,2 %
	(88) Becton Dickinson	>>>	14 Negativní	22 %
	(177) Mindray	>>>	5 Negativní	7,9 %
	(190) Exbio Praha	>>>	1 Negativní	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 95 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 14.04.2022