

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: IFT1/22 - Imunofenotypizace

Stop termín: 11.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CV = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(253) CD 3+ T lymfocyty</b>					103							103	98	95%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		80,8	1,1	1,4	103	CVP	80,8	0,27	7%	75,1	86,5	103	99	96%
(12) Beckman Coulter		80,6	1,0	1,3	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		81,0	1,2	1,5	30	0						30		
(177) Mindray		81,5	0,82	1,0	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>Vzorek B</b>		79,4	1,2	1,5	103	CVP	79,4	0,29	7%	73,8	85	103	101	98%
(12) Beckman Coulter		79,2	1,1	1,4	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		79,7	1,8	2,3	30	0						30		
(177) Mindray		79,6	0,89	1,1	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>(254) CD 4+ T lymfocyty</b>					103							103	99	96%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		44,8	1,3	3,0	103	CVP	44,8	0,33	10%	40,3	49,3	103	100	97%
(12) Beckman Coulter		44,9	1,3	2,8	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		44,1	2,0	4,4	30	0						30		
(177) Mindray		45,6	0,85	1,9	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>Vzorek B</b>		46,5	1,4	3,0	103	CVP	46,5	0,34	10%	41,8	51,2	103	99	96%
(12) Beckman Coulter		46,6	1,2	2,5	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		46,0	2,0	4,3	30	0						30		
(177) Mindray		46,7	1,1	2,4	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>(255) CD 8+ T lymfocyty</b>					103							103	98	95%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		31,4	2,5	8,1	103	CVP	31,4	0,61	17%	26	36,8	103	100	97%
(12) Beckman Coulter		30,9	2,4	7,6	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		31,9	3,1	9,6	30	0						30		
(177) Mindray		33,2	0,59	1,8	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>Vzorek B</b>		25,3	1,3	5,2	103	CVP	25,3	0,31	17%	20,9	29,7	103	100	97%
(12) Beckman Coulter		24,9	1,4	5,5	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		25,9	1,2	4,6	30	0						30		
(177) Mindray		25,7	0,44	1,7	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>(256) B lymfocyty</b>					103							103	101	98%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		7,58	0,74	9,8	103	CVP	7,58	0,18	30%	5,3	9,86	103	101	98%
(12) Beckman Coulter		7,53	0,87	11	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		7,67	0,68	8,8	30	0						30		
(177) Mindray		7,42	0,42	5,6	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>Vzorek B</b>		11,0	0,87	7,9	103	CVP	11	0,21	30%	7,7	14,3	103	101	98%
(12) Beckman Coulter		10,9	0,88	8,1	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		11,3	0,93	8,2	30	0						30		
(177) Mindray		10,9	0,52	4,8	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>(257) NK buňky</b>					103							103	95	92%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		10,3	0,75	7,3	103	CVP	10,3	0,18	26%	7,62	13	103	98	95%
(12) Beckman Coulter		10,3	0,68	6,6	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		10,3	0,90	8,7	30	0						30		
(177) Mindray		10,4	0,58	5,6	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
<b>Vzorek B</b>		8,25	0,80	9,7	103	CVP	8,25	0,19	26%	6,1	10,4	103	96	93%
(12) Beckman Coulter		8,34	0,73	8,8	63	0						63		
(88) Becton Dickinson		8,12	1,1	13	30	0						30		

## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce přístroje)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: IFT1/22 - Imunofenotypizace

Stop termín: 11.04.2022

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		ROM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(257) NK buňky</b>					103							103	95	92%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek B</b>		8,25	0,80	9,7	103	CVP	8,25	0,19	26%	6,1	10,4	103	96	93%
(177) Mindray		8,30	0,44	5,4	9	0						9		
Ostatní					1	0						1		
						1x 999								
st_kn_p						Konec sestavy								Vytištěno: 14.04.2022