

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
---------	--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1**(420) Anti-gliadin IgG (nativní)**

A1	Všechny výsledky	>>>	19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost:	100 %		
B1	Všechny výsledky	>>>	19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(421) Anti-gliadin IgA (nativní)

A1	Všechny výsledky	>>>	18	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost:	100 %		
B1	Všechny výsledky	>>>	17	Negativní	94 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,6 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost:	94 %		
Celková úspěšnost: 94 %					

(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)

A1	Všechny výsledky	>>>	73	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost:	100 %		
B1	Všechny výsledky	>>>	73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)

A1	Všechny výsledky	>>>	71	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 71	Úspěšnost:	100 %		
B1	Všechny výsledky	>>>	70	Negativní	99 %
			1	Pozitivní	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 71	Úspěšnost:	99 %		
Celková úspěšnost: 99 %					

Sada 2**(424) Anti-endomyzium IgA**

A2	Všechny výsledky	>>>	70	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 70	Úspěšnost:	100 %		
B2	Všechny výsledky	>>>	70	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 70	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(425) Anti-transglutamináza IgA

A2	Všechny výsledky	>>>	80	Negativní	98 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,2 %
			1	Pozitivní	1,2 %
	Celkem za vzorek: n = 82	Úspěšnost:	98 %		
B2	Všechny výsledky	>>>	82	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 82	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 98 %					

Sada 3**(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA**

A3	Všechny výsledky	>>>	61	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost:	100 %		
B3	Všechny výsledky	>>>	61	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG

A3	Všechny výsledky		1	Negativní	1,8 %
		>>>	55	Pozitivní	98 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost:	98 %		
B3	Všechny výsledky	>>>	56	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 98 %					