

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sada 1					
(420) Anti-gliadin IgG (nativní)					
A1	Všechny výsledky	>>>	2	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 2	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	2	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 2	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(421) Anti-gliadin IgA (nativní)					
A1	Všechny výsledky	>>>	2	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 2	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	2	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 2	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)					
A1	Všechny výsledky	>>>	18	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	18	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)					
A1	Všechny výsledky	>>>	17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	16	Negativní	94 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 94 %	1	Pozitivní	5,9 %
Celková úspěšnost: 94 %					
Sada 2					
(424) Anti-endomyzium IgA					
A2	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(425) Anti-transglutamináza IgA					
A2	Všechny výsledky	>>>	16	Negativní	94 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 94 %	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,9 %
B2	Všechny výsledky	>>>	17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 94 %					
Sada 3					
(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA					
A3	Všechny výsledky	>>>	14	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG					
A3	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					