

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(6) APR	>>>	3	Krevní skupina: B	2,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	48	Krevní skupina: B	33 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: B	1,4 %
	(52) Dynex	>>>	1	Krevní skupina: B	0,69 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	7	Krevní skupina: B	4,8 %
	(80) DiaMed	>>>	11	Krevní skupina: B	7,6 %
	(159) Grifols	>>>	35	Krevní skupina: B	24 %
	(172) Immucor	>>>	18	Krevní skupina: B	12 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: B	5,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: B	4,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Krevní skupina: B	0,69 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: B	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	3	Krevní skupina: A	2,1 %
	(14) Bio-Rad		1	Neuvedeno	0,69 %
		>>>	47	Krevní skupina: A	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: A	1,4 %
	(52) Dynex	>>>	1	Krevní skupina: A	0,69 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	7	Krevní skupina: A	4,8 %
	(80) DiaMed	>>>	11	Krevní skupina: A	7,6 %
	(159) Grifols	>>>	35	Krevní skupina: A	24 %
	(172) Immucor	>>>	18	Krevní skupina: A	12 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: A	5,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: A	4,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Krevní skupina: A	0,69 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: A	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	49	Neuvedeno	98 %
			1	A podskupina A1	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 98 %			
E2 a S2	(0) neuvedeno		1	Neuvedeno	2,0 %
		>>>	49	A podskupina A1	98 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,2 %
	(6) APR	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	23	Pozitivní (RhD+)	27 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,4 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	5,9 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní (RhD+)	24 %
	(172) Immucor	>>>	19	Pozitivní (RhD+)	22 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,2 %
	(6) APR	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
	(14) Bio-Rad		1	Neuvedeno	1,2 %
		>>>	22	Pozitivní (RhD+)	26 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,4 %
	(80) DiaMed	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	5,9 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní (RhD+)	24 %
	(172) Immucor	>>>	19	Pozitivní (RhD+)	22 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,2 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(6) APR	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 44	Pozitivní (RhD+)	33 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,75 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	3,7 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní (RhD+)	6,7 %
	(159) Grifols	>>> 34	Pozitivní (RhD+)	25 %
	(172) Immucor	>>> 18	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	3,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 6	Pozitivní (RhD+)	4,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,75 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 134		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuvedeno	0,75 %
		>>> 43	Pozitivní (RhD+)	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,75 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	3,7 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní (RhD+)	6,7 %
	(159) Grifols	>>> 34	Pozitivní (RhD+)	25 %
	(172) Immucor	>>> 18	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	3,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 6	Pozitivní (RhD+)	4,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,75 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 134		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 29	Pozitivní	40 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(159) Grifols	>>> 18	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuvedeno	1,4 %
		>>> 28	Pozitivní	38 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(159) Grifols	>>> 18	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(716) Antigen c

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 29	Negativní	40 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	5,5 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E1 a S1	(159) Grifols	>>>	18	Negativní	25 %
	(172) Immucor	>>>	13	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(14) Bio-Rad		1	Neuvedeno	1,4 %
		>>>	28	Pozitivní	38 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	5,5 %
	(159) Grifols	>>>	18	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>>	13	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %					

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Negativní	1,7 %	
	(14) Bio-Rad	>>>	19	Negativní	32 %	
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,7 %	
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní	1,7 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	1,7 %	
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	1,7 %	
	(159) Grifols	>>>	18	Negativní	30 %	
	(172) Immucor	>>>	12	Negativní	20 %	
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	5,0 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	1,7 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	3,3 %	
	Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Negativní	1,7 %
(14) Bio-Rad			1	Neuvedeno	1,7 %	
		>>>	18	Negativní	30 %	
(50) Merck		>>>	1	Negativní	1,7 %	
(52) Dynex		>>>	1	Negativní	1,7 %	
(64) Exbio Olomouc		>>>	1	Negativní	1,7 %	
(80) DiaMed		>>>	1	Negativní	1,7 %	
(159) Grifols		>>>	18	Negativní	30 %	
(172) Immucor		>>>	12	Negativní	20 %	
(173) Sanguin		>>>	3	Negativní	5,0 %	
(174) IVT Imuno		>>>	1	Negativní	1,7 %	
(203) ANTITOXIN		>>>	2	Negativní	3,3 %	
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %						

(718) Antigen E

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Negativní	1,4 %	
	(14) Bio-Rad	>>>	29	Negativní	40 %	
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,4 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	1,4 %	
	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní	5,5 %	
	(159) Grifols	>>>	18	Negativní	25 %	
	(172) Immucor	>>>	13	Negativní	18 %	
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	2,7 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	1,4 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	2,7 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	1,4 %	
	Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Negativní	1,4 %
(14) Bio-Rad			1	Neuvedeno	1,4 %	
		>>>	28	Negativní	38 %	
(50) Merck		>>>	1	Negativní	1,4 %	
(64) Exbio Olomouc		>>>	1	Negativní	1,4 %	
(80) DiaMed		>>>	4	Negativní	5,5 %	
(159) Grifols	>>>	18	Negativní	25 %		

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(172) Immucor	>>> 13	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 28	Pozitivní	38 %
	(17) Biogema	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(159) Grifols	>>> 18	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuvedeno	1,4 %
		>>> 27	Pozitivní	37 %
	(17) Biogema	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(159) Grifols	>>> 18	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 26	Negativní	34 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	5,3 %
	(159) Grifols	>>> 22	Negativní	29 %
	(172) Immucor	>>> 13	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	3,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	3,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,3 %
		>>> 1	Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 25	Negativní	33 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	5,3 %
	(159) Grifols	>>> 22	Negativní	29 %
	(172) Immucor	>>> 13	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	3,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	3,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	32 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	9,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	4,9 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E1 a S1	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	9,8 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	17 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4	Pozitivní	9,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	32 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Pozitivní	9,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,9 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	9,8 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	17 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4	Pozitivní	9,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(722) Antigen M

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	9	Negativní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	5,6 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,8 %
	(159) Grifols	>>>	4	Negativní	11 %
	(172) Immucor	>>>	14	Negativní	39 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	5,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9	Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	5,6 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,8 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(172) Immucor	>>>	14	Pozitivní	39 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	5,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(723) Antigen N

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	33 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10	Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	3,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	4	Negativní	12 %
	(172) Immucor	>>>	11	Negativní	33 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	6,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	3,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(724) Antigen S

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12	Pozitivní	31 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	5,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>>	6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní	10 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	5,1 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	31 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 6	Negativní	15 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	10 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	29 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	16 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,9 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	29 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	16 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,9 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(726) Antigen P1

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	31 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	19 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	31 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	19 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 14	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 14	Negativní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,1 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 7	Negativní	18 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 14	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 14	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(729) Antigen Jka

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	30 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,5 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 7	Negativní	18 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	10 %
			1 Pozitivní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	30 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,5 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 7	Negativní	18 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	10 %
			1 Pozitivní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(730) Antigen Jkb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	28 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	2,5 %
			5 Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	28 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 7	Pozitivní	18 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(172) Immucor	>>>	8 Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin		1 Negativní	2,5 %
		>>>	5 Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,5 %
	Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12 Negativní	48 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	12 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12 Negativní	48 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	12 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(732) Antigen Lub

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10 Pozitivní	38 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	4 Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10 Pozitivní	38 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	4 Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(733) Antigen Lea

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	1 Negativní	3,4 %	
	(14) Bio-Rad	>>>	10 Negativní	34 %	
	(50) Merck	>>>	1 Negativní	3,4 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	3,4 %	
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	3,4 %	
	(159) Grifols	>>>	2 Negativní	6,9 %	
	(172) Immucor	>>>	9 Negativní	31 %	
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	6,9 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	3,4 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	3,4 %	
	Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	1 Negativní	3,4 %
		(14) Bio-Rad	>>>	10 Negativní	34 %
(50) Merck		>>>	1 Negativní	3,4 %	
(64) Exbio Olomouc		>>>	1 Negativní	3,4 %	
(80) DiaMed		>>>	1 Negativní	3,4 %	
(159) Grifols		>>>	2 Negativní	6,9 %	
(172) Immucor		>>>	9 Negativní	31 %	
(173) Sanguin		>>>	2 Negativní	6,9 %	
(174) IVT Imuno		>>>	1 Negativní	3,4 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	34 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(159) Grifols	>>> 2	Pozitivní	6,9 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	28 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	6,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	34 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(159) Grifols	>>> 2	Pozitivní	6,9 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	28 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	6,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	0,83 %
	(6) APR	>>> 1	Negativní	0,83 %
	(14) Bio-Rad	>>> 51	Negativní	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní	1,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	1,7 %
	(80) DiaMed	>>> 23	Negativní	19 %
	(159) Grifols	>>> 38	Negativní	32 %
			1 Pozitivní	0,83 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	0,83 %
Celkem za vzorek: n = 120		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	0,83 %
	(6) APR	>>> 1	Negativní	0,83 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuvedeno	0,83 %
		>>> 50	Negativní	42 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní	1,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	1,7 %
	(80) DiaMed	>>> 23	Negativní	19 %
	(159) Grifols	>>> 38	Negativní	32 %
			1 Pozitivní	0,83 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	0,83 %
Celkem za vzorek: n = 120		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(741) Screening profilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(6) APR	>>> 3	Pozitivní	3,8 %
	(14) Bio-Rad	>>> 28	Pozitivní	35 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 13	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 20	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	16 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(6) APR	>>> 3	Pozitivní	3,8 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 27	Pozitivní	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 13	Pozitivní	16 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(159) Grifols	>>> 20	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	16 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 55	Pozitivní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,6 %
	(80) DiaMed	>>> 22	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>> 39	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuveдено	0,80 %
		>>> 54	Pozitivní	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,6 %
	(80) DiaMed	>>> 22	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>> 39	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 49	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,93 %
	(80) DiaMed	>>> 16	Pozitivní	15 %
	(159) Grifols	>>> 32	Pozitivní	30 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	4,7 %
Celkem za vzorek: n = 107		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuveдено	0,93 %
		>>> 48	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,93 %
	(80) DiaMed	>>> 16	Pozitivní	15 %
	(159) Grifols	>>> 32	Pozitivní	30 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	4,7 %
Celkem za vzorek: n = 107		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 48	Pozitivní	49 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 17	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 30	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	> 1	Neuveдено	1,0 %
		> 18	Negativní	18 %
		>>> 29	Pozitivní	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	> 2	Negativní	2,0 %
	(80) DiaMed	> 4	Negativní	4,1 %
		>>> 13	Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>> 30	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) neuvedeno	> 3	anti-c	6,4 %
		> 42	anti-c; anti-E	89 %
		>>> 2	anti-c; anti-E; anti-Wra	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 94 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	> 41	anti-K; anti-S	87 %
		>>> 3	anti-K; anti-S; anti-Wra	6,4 %
		>>> 3	anti-S	6,4 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka				
E1 a S1	(0) neuvedeno	± 1	titr 4	2,9 %
		± 8	titr 8	24 %
		± 10	titr 16	29 %
		± 3	titr 32	8,8 %
		± 8	titr 64	24 %
		± 4	titr 128	12 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka				
E1 a S1	(0) neuvedeno	± 1	titr 0 (neměřitelný)	4,5 %
		± 4	titr 256	18 %
		± 3	titr 512	14 %
		± 4	titr 32	18 %
		± 7	titr 64	32 %
		± 3	titr 128	14 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(754) Titrace prot., Vzorek 1: 3. protilátka				
E1 a S1	(0) neuvedeno	± 1	titr 8	50 %
		± 1	titr 32	50 %
Celkem za vzorek: n = 2		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka				
E2 a S2	(0) neuvedeno	± 1	titr 0 (neměřitelný)	3,6 %
		± 1	titr 1	3,6 %
		± 12	titr 8	43 %
		± 11	titr 16	39 %
		± 3	titr 32	11 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka				
E2 a S2	(0) neuvedeno	± 6	titr 1	18 %
		± 6	titr 2	18 %
		± 8	titr 4	24 %
		± 10	titr 8	29 %
		± 3	titr 32	8,8 %
		± 1	titr 128	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(758) Titrace prot., Vzorek 2: 3. protilátka				
E2 a S2	(0) neuvedeno	± 1	titr 1	33 %
		± 1	titr 4	33 %
		± 1	titr 8	33 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
Sada 3				
(760) Zkouška kompatibility				
S1	Všechny výsledky	>>> 117	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 117	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)				
S1	(0) neuvedeno	>>> 117	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) neuvedeno	> 36	Negativní zkouška	31 %
		>>> 81	Pozitivní zkouška	69 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)				
S1	(0) neuvedeno	± 114	Nelze podat, riziko hemolýzy	97 %
		± 3	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) neuvedeno	± 83	Nelze podat, riziko hemolýzy	71 %
		± 30	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	26 %
		± 3	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	2,6 %
		± 1	Lze podat	0,85 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)				
S1	(0) neuvedeno	>>> 117	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) neuvedeno	>>> 117	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)				
S1	(0) neuvedeno	± 63	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	54 %
		± 40	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	34 %
		± 14	Lze podat	12 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) neuvedeno	± 114	Nelze podat, riziko hemolýzy	97 %
		± 3	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 09.06.2022