

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|-----------------------------------|------------------|--|----------------------|------------------|
| (601) A1 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | 1 | Negativní (1+) | 2,1 % |
| | | >>> 42 | Slabě pozitivní (2+) | 89 % |
| | | > 4 | Silně pozitivní (3+) | 8,5 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |
| (602) A2 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | > 12 | Negativní (0) | 26 % |
| | | >>> 28 | Negativní (1+) | 60 % |
| | | 7 | Slabě pozitivní (2+) | 15 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 85 % | | |
| Celková úspěšnost: 85 % | | | | |
| (603) A3 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | ± 5 | Negativní (0) | 14 % |
| | | ± 21 | Negativní (1+) | 60 % |
| | | ± 9 | Slabě pozitivní (2+) | 26 % |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |
| (606) B1 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | > 3 | Slabě pozitivní (2+) | 6,4 % |
| | | >>> 44 | Silně pozitivní (3+) | 94 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (607) B2 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | >>> 42 | Negativní (0) | 89 % |
| | | > 4 | Negativní (1+) | 8,5 % |
| | | 1 | Slabě pozitivní (2+) | 2,1 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |
| (608) B3 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | >>> 42 | Negativní (0) | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 42 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (611) C1 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | >>> 47 | Silně pozitivní (3+) | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (612) C2 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | > 2 | Slabě pozitivní (2+) | 4,3 % |
| | | >>> 45 | Silně pozitivní (3+) | 96 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (613) C3 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | > 2 | Slabě pozitivní (2+) | 4,3 % |
| | | >>> 45 | Silně pozitivní (3+) | 96 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (616) D1 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | 1 | Negativní (1+) | 2,1 % |
| | | >>> 39 | Slabě pozitivní (2+) | 83 % |
| | | > 7 | Silně pozitivní (3+) | 15 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |
| (617) D2 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | 1 | Negativní (1+) | 2,1 % |
| | | >>> 37 | Slabě pozitivní (2+) | 79 % |
| | | > 9 | Silně pozitivní (3+) | 19 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |
| (618) D3 exprese HER-2/neu | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | 1 | Negativní (1+) | 2,1 % |
| | | >>> 41 | Slabě pozitivní (2+) | 87 % |
| | | > 5 | Silně pozitivní (3+) | 11 % |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--|---------|---|----------|------------------|
| Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 98 % ----- | | | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |

(621) E1 exprese HER-2/neu

| | | | | | |
|--|------------------|-----|----|----------------------|------|
| Sklo | Všechny výsledky | > | 6 | Negativní (0) | 13 % |
| | | >>> | 32 | Negativní (1+) | 68 % |
| | | | 9 | Slabě pozitivní (2+) | 19 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 81 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 81 % | | | | | |

(622) E2 exprese HER-2/neu

| | | | | | |
|--|------------------|-----|----|----------------------|------|
| Sklo | Všechny výsledky | >>> | 14 | Negativní (0) | 30 % |
| | | >>> | 28 | Negativní (1+) | 60 % |
| | | | 5 | Slabě pozitivní (2+) | 11 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 89 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 89 % | | | | | |

(623) E3 exprese HER-2/neu

| | | | | | |
|--|------------------|-----|----|----------------------|------|
| Sklo | Všechny výsledky | > | 8 | Negativní (0) | 17 % |
| | | >>> | 31 | Negativní (1+) | 66 % |
| | | | 8 | Slabě pozitivní (2+) | 17 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 83 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 83 % | | | | | |

(651) A1 barvení vzorku

| | | | | | |
|--|------------------|-----|----|--------|-------|
| Sklo | Všechny výsledky | | 1 | 0 bodů | 2,1 % |
| | | > | 10 | 3 body | 21 % |
| | | >>> | 36 | 6 bodů | 77 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 98 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | | |

(652) A2 barvení vzorku

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----|--------|-------|
| Sklo | Všechny výsledky | > | 1 | 3 body | 2,1 % |
| | | >>> | 46 | 6 bodů | 98 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 100 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(656) B1 barvení vzorku

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----|--------|------|
| Sklo | Všechny výsledky | > | 8 | 3 body | 17 % |
| | | >>> | 39 | 6 bodů | 83 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 100 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(657) B2 barvení vzorku

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----|--------|-------|
| Sklo | Všechny výsledky | >>> | 47 | 6 bodů | 100 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 100 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(658) B3 barvení vzorku

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----|--------|-------|
| Sklo | Všechny výsledky | >>> | 42 | 6 bodů | 100 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 42 ----- Úspěšnost: 100 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(661) C1 barvení vzorku

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----|--------|-------|
| Sklo | Všechny výsledky | > | 1 | 4 body | 2,1 % |
| | | >>> | 46 | 6 bodů | 98 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 100 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(662) C2 barvení vzorku

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----|--------|------|
| Sklo | Všechny výsledky | > | 6 | 3 body | 13 % |
| | | >>> | 41 | 6 bodů | 87 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 100 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(663) C3 barvení vzorku

| | | | | | |
|--|------------------|-----|----|--------|-------|
| Sklo | Všechny výsledky | | 1 | 0 bodů | 2,1 % |
| | | > | 3 | 3 body | 6,4 % |
| | | >>> | 43 | 6 bodů | 91 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 98 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | | |

(666) D1 barvení vzorku

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----|--------|------|
| Sklo | Všechny výsledky | > | 9 | 3 body | 19 % |
| | | >>> | 38 | 6 bodů | 81 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 100 % ----- | | | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| (667) D2 barvení vzorku | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | 1 | 1 bod | 2,1 % |
| | | > | 12 3 body | 26 % |
| | | >>> | 34 6 bodů | 72 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |
| (668) D3 barvení vzorku | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | 2 | 0 bodů | 4,3 % |
| | | > | 11 3 body | 23 % |
| | | >>> | 34 6 bodů | 72 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 96 % | | |
| Celková úspěšnost: 96 % | | | | |
| (671) E1 barvení vzorku | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | > | 4 3 body | 8,5 % |
| | | >>> | 43 6 bodů | 91 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (672) E2 barvení vzorku | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | > | 2 3 body | 4,3 % |
| | | >>> | 45 6 bodů | 96 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (673) E3 barvení vzorku | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | > | 3 3 body | 6,4 % |
| | | >>> | 44 6 bodů | 94 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (681) VKK | | | | |
| Sklo | Všechny výsledky | 16 | 0 bodů | 34 % |
| | | > | 10 3 body | 21 % |
| | | >>> | 1 5 bodů | 2,1 % |
| | | >>> | 20 6 bodů | 43 % |
| Celkem za vzorek: n = 47 | | Úspěšnost: 66 % | | |
| Celková úspěšnost: 66 % | | | | |