

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(601) A1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Slabě pozitivní (2+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 1	Negativní (1+)	2,1 %
		>>> 8	Slabě pozitivní (2+)	17 %
		>	Silně pozitivní (3+)	8,5 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 25	Slabě pozitivní (2+)	53 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Slabě pozitivní (2+)	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				

**(602) A2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>	Negativní (0)	2,1 %
		>>> 4	Negativní (1+)	8,5 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	Negativní (0)	4,3 %
		>>> 6	Negativní (1+)	13 %
		5	Slabě pozitivní (2+)	11 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>	Negativní (0)	15 %
		>>> 16	Negativní (1+)	34 %
		2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
	(999) jiný výrobce	>	Negativní (0)	4,3 %
		>>> 2	Negativní (1+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47 Úspěšnost: 85 %				
Celková úspěšnost: 85 %				

**(603) A3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	± 2	Negativní (1+)	5,7 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	± 3	Negativní (0)	8,6 %
		± 3	Negativní (1+)	8,6 %
		± 5	Slabě pozitivní (2+)	14 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	± 2	Negativní (0)	5,7 %
		± 14	Negativní (1+)	40 %
		± 3	Slabě pozitivní (2+)	8,6 %
	(999) jiný výrobce	± 2	Negativní (1+)	5,7 %
		± 1	Slabě pozitivní (2+)	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35 Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit				

**(606) B1 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Silně pozitivní (3+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	Slabě pozitivní (2+)	6,4 %
		>>> 10	Silně pozitivní (3+)	21 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 25	Silně pozitivní (3+)	53 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Silně pozitivní (3+)	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(607) B2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 2	Negativní (0)	4,3 %
		>	Negativní (1+)	4,3 %
		1	Slabě pozitivní (2+)	2,1 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	23 %
		>	Negativní (1+)	4,3 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 25	Negativní (0)	53 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (0)	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				

**(608) B3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 3	Negativní (0)	7,1 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Negativní (0)	29 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 23	Negativní (0)	55 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (0)	9,5 %
Celkem za vzorek: n = 42 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(611) C1 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Silně pozitivní (3+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 13	Silně pozitivní (3+)	28 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 25	Silně pozitivní (3+)	53 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Silně pozitivní (3+)	8,5 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(612) C2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	5	Silně pozitivní (3+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
		>>>	11	Silně pozitivní (3+)	23 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	25	Silně pozitivní (3+)	53 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Silně pozitivní (3+)	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(613) C3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	6	Silně pozitivní (3+)	13 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
		>>>	10	Silně pozitivní (3+)	21 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	25	Silně pozitivní (3+)	53 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Silně pozitivní (3+)	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(616) D1 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	4	Slabě pozitivní (2+)	8,5 %
		>	1	Silně pozitivní (3+)	2,1 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein		1	Negativní (1+)	2,1 %
		>>>	7	Slabě pozitivní (2+)	15 %
		>	5	Silně pozitivní (3+)	11 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	24	Slabě pozitivní (2+)	51 %
		>	1	Silně pozitivní (3+)	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Slabě pozitivní (2+)	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

**(617) D2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	3	Slabě pozitivní (2+)	6,4 %
		>	2	Silně pozitivní (3+)	4,3 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein		1	Negativní (1+)	2,1 %
		>>>	7	Slabě pozitivní (2+)	15 %
		>	5	Silně pozitivní (3+)	11 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	24	Slabě pozitivní (2+)	51 %
		>	1	Silně pozitivní (3+)	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Slabě pozitivní (2+)	6,4 %
		>	1	Silně pozitivní (3+)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

**(618) D3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	5	Slabě pozitivní (2+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein		1	Negativní (1+)	2,1 %
		>>>	8	Slabě pozitivní (2+)	17 %
		>	4	Silně pozitivní (3+)	8,5 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	24	Slabě pozitivní (2+)	51 %
		>	1	Silně pozitivní (3+)	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Slabě pozitivní (2+)	8,5 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

**(621) E1 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	3	Negativní (1+)	6,4 %
			2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	1	Negativní (0)	2,1 %
		>>>	8	Negativní (1+)	17 %
			4	Slabě pozitivní (2+)	8,5 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>	4	Negativní (0)	8,5 %
		>>>	19	Negativní (1+)	40 %
			2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
	(999) jiný výrobce	>	1	Negativní (0)	2,1 %
		>>>	2	Negativní (1+)	4,3 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 81 %			
Celková úspěšnost: 81 %					

**(622) E2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	1	Negativní (0)	2,1 %
------	-----------------------	-----	---	---------------	-------

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
Vzorek	Skupina				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	3 Negativní (1+)	6,4 %	
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %	
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	3 Negativní (0)	6,4 %	
		>>>	8 Negativní (1+)	17 %	
			2 Slabě pozitivní (2+)	4,3 %	
		>>>	9 Negativní (0)	19 %	
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	15 Negativní (1+)	32 %	
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %	
		>>>	1 Negativní (0)	2,1 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní (1+)	4,3 %	
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 89 %		
	Celková úspěšnost: 89 %				

**(623) E3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	4 Negativní (1+)	8,5 %	
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %	
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	3 Negativní (0)	6,4 %	
		>>>	8 Negativní (1+)	17 %	
			2 Slabě pozitivní (2+)	4,3 %	
		>	4 Negativní (0)	8,5 %	
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	17 Negativní (1+)	36 %	
			4 Slabě pozitivní (2+)	8,5 %	
		>	1 Negativní (0)	2,1 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní (1+)	4,3 %	
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 83 %		
	Celková úspěšnost: 83 %				

**(651) A1 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	1	0 bodů	2,1 %
		>	10 3 body	21 %
		>>>	36 6 bodů	77 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(652) A2 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	>	1 3 body	2,1 %
		>>>	46 6 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(656) B1 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	>	8 3 body	17 %
		>>>	39 6 bodů	83 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(657) B2 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	>>>	47 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(658) B3 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	>>>	42 6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(661) C1 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	>	1 4 body	2,1 %
		>>>	46 6 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(662) C2 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	>	6 3 body	13 %
		>>>	41 6 bodů	87 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(663) C3 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	1	0 bodů	2,1 %
		>	3 3 body	6,4 %
		>>>	43 6 bodů	91 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Celkem za vzorek: n = 47 - Úspěšnost: 98 % -				
Celková úspěšnost: 98 %				

**(666) D1 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	> 9	3 body	19 %
		>>> 38	6 bodů	81 %
Celkem za vzorek: n = 47 - Úspěšnost: 100 % -				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(667) D2 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	1	1 bod	2,1 %
		> 12	3 body	26 %
		>>> 34	6 bodů	72 %
Celkem za vzorek: n = 47 - Úspěšnost: 98 % -				
Celková úspěšnost: 98 %				

**(668) D3 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	2	0 bodů	4,3 %
		> 11	3 body	23 %
		>>> 34	6 bodů	72 %
Celkem za vzorek: n = 47 - Úspěšnost: 96 % -				
Celková úspěšnost: 96 %				

**(671) E1 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	> 4	3 body	8,5 %
		>>> 43	6 bodů	91 %
Celkem za vzorek: n = 47 - Úspěšnost: 100 % -				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(672) E2 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	> 2	3 body	4,3 %
		>>> 45	6 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 47 - Úspěšnost: 100 % -				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(673) E3 barvení vzorku**

Sklo	(0) neuvedeno	> 3	3 body	6,4 %
		>>> 44	6 bodů	94 %
Celkem za vzorek: n = 47 - Úspěšnost: 100 % -				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(681) VKK**

Sklo	(0) neuvedeno	16	0 bodů	34 %
		> 10	3 body	21 %
		>>> 1	5 bodů	2,1 %
		>>> 20	6 bodů	43 %
Celkem za vzorek: n = 47 - Úspěšnost: 66 % -				
Celková úspěšnost: 66 %				