

## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: KD3/22 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 29.07.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost						Návaznost														
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(220) Hemoglobin A1c</b>	[mmol/mol]				17							0								17	16	94%
Vzorky a skupiny																						
<b>Vzorek A</b>		46,2	2,9	6,2	17							0	CRV	45,5	1,0	13%	39,5	51,5	17	17	100%	
(1) HPLC, LC		45,5	2,4	5,2	14	0														14		
Ostatní					3	0														3		
													3x 4									
<b>Vzorek B</b>		65,6	4,5	6,8	17							0	CRV	65,9	1,0	13%	57,3	74,5	17	16	94%	
(1) HPLC, LC		64,2	2,6	4,1	14	0														14		
Ostatní					3	0														3		
														3x 4								

st\_kn\_np

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.08.2022