

Legenda: &gt;&gt;&gt; ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

&gt; ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(1001) PAT (přímý Coombsův test)</b>				
1	Všechny výsledky	> 5	Pozitivní (2+)	5,8 %
		>>> 66	Pozitivní (3+)	77 %
		> 15	Pozitivní (4+)	17 %
Celkem za vzorek: n = 86		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 3	Pozitivní (1+)	3,5 %
		>>> 45	Pozitivní (2+)	52 %
		> 36	Pozitivní (3+)	42 %
		> 2	Pozitivní (4+)	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 86		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1002) Typ senzibilizace anti-IgG**

1	Všechny výsledky	> 1	Pozitivní (2+)	2,4 %
		>>> 29	Pozitivní (3+)	69 %
		> 12	Pozitivní (4+)	29 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 1	Pozitivní (1+)	2,4 %
		> 22	Pozitivní (2+)	52 %
		>>> 18	Pozitivní (3+)	43 %
		> 1	Pozitivní (4+)	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1003) Typ senzibilizace anti-IgA**

1	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1004) Typ senzibilizace anti-IgM**

1	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1005) Typ senzibilizace anti-C3c**

1	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1006) Typ senzibilizace anti-C3d**

1	Všechny výsledky	>>> 37	Negativní	97 %
		1	Pozitivní (4+)	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 97 %		
2	Všechny výsledky	>>> 36	Negativní	95 %
		1	Pozitivní (2+)	2,6 %
		1	Pozitivní (3+)	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

**(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT**

1	Všechny výsledky	> 2	1:30	9,1 %
		>>> 20	1:100	91 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 21	1:30	95 %
		> 1	1:100	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1**

1	Všechny výsledky	1	Negativní	4,3 %
		> 4	Pozitivní (1+)	17 %
		>>> 15	Pozitivní (2+)	65 %
		> 3	Pozitivní (3+)	13 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 96 %		
2	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	96 %

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
2	Všechny výsledky	1	Pozitivní (2+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	96 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 96 %	1 Pozitivní (1+)	4,3 %
2	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1019) AB0 skupina</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 56	Krevní skupina: AB	100 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 55	Neuvedeno	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %	Krevní skupina: 0	98 %
Celková úspěšnost: 98 %				
<b>(1020) Rh D antigen</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 57	Pozitivní (RhD+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 57	Pozitivní (RhD+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1021) Antigen C</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 47	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 47	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1022) Antigen c</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 47	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 47	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1023) Antigen Cw</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 40	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 40	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1024) Antigen E</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 48	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 48	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1025) Antigen e</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 47	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 47	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(1026) Antigen K</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 49	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 49	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1027) Antigen k</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1028) Antigen M</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1029) Antigen N</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 23	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 23	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1030) Antigen S</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1031) Antigen s</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	95 %
		1	Pozitivní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(1032) Antigen P1</b>				
1	Všechny výsledky	1	Negativní	4,5 %
		>>> 21	Pozitivní	95 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 95 %		
2	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	86 %
		3	Pozitivní	14 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 86 %		
Celková úspěšnost: 82 %				
<b>(1033) Antigen Jka</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní	92 %
		2	Pozitivní	7,7 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 92 %		
2	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(1034) Antigen Jkb</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1035) Antigen Lea</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	95 %
		1	Pozitivní	5,0 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 95 %		
2	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	90 %
		2	Pozitivní	10 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 90 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(1036) Antigen Leb</b>				
1	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 20		----- Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 20		----- Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

st\_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 26.11.2022