

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 18.11.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(1001) PAT (přímý Coombsův test)</b>				
1	(0) neuvedeno	>	1 Pozitivní (4+)	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>	3 Pozitivní (2+)	3,5 %
		>>>	35 Pozitivní (3+)	41 %
		>	7 Pozitivní (4+)	8,1 %
	(17) Biogema	>>>	1 Pozitivní (3+)	1,2 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2 Pozitivní (3+)	2,3 %
		>	1 Pozitivní (4+)	1,2 %
	(80) DiaMed	>	1 Pozitivní (2+)	1,2 %
		>>>	6 Pozitivní (3+)	7,0 %
		>	3 Pozitivní (4+)	3,5 %
	(159) Grifols	>>>	22 Pozitivní (3+)	26 %
		>	3 Pozitivní (4+)	3,5 %
	(173) Sanguin	>	1 Pozitivní (2+)	1,2 %
	----- Celkem za vzorek: n = 86 ----- Úspěšnost: 100 % -----			
2	(0) neuvedeno	>	1 Pozitivní (3+)	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	31 Pozitivní (2+)	36 %
		>	14 Pozitivní (3+)	16 %
	(17) Biogema	>	1 Pozitivní (3+)	1,2 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>	1 Pozitivní (1+)	1,2 %
		>	2 Pozitivní (3+)	2,3 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Pozitivní (2+)	7,0 %
		>	3 Pozitivní (3+)	3,5 %
		>	1 Pozitivní (4+)	1,2 %
	(159) Grifols	>	1 Pozitivní (1+)	1,2 %
		>>>	8 Pozitivní (2+)	9,3 %
		>	15 Pozitivní (3+)	17 %
		>	1 Pozitivní (4+)	1,2 %
	(173) Sanguin	>	1 Pozitivní (1+)	1,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 86 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1002) Typ senzibilizace anti-IgG**

1	(0) neuvedeno	>	1 Pozitivní (4+)	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	18 Pozitivní (3+)	43 %
		>	6 Pozitivní (4+)	14 %
	(80) DiaMed	>	1 Pozitivní (2+)	2,4 %
		>>>	5 Pozitivní (3+)	12 %
		>	4 Pozitivní (4+)	9,5 %
	(159) Grifols	>>>	6 Pozitivní (3+)	14 %
>		1 Pozitivní (4+)	2,4 %	
----- Celkem za vzorek: n = 42 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
2	(0) neuvedeno	>>>	1 Pozitivní (3+)	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>	14 Pozitivní (2+)	33 %
		>>>	10 Pozitivní (3+)	24 %
	(80) DiaMed	>	7 Pozitivní (2+)	17 %
		>>>	2 Pozitivní (3+)	4,8 %
	(159) Grifols	>	1 Pozitivní (4+)	2,4 %
		>	1 Pozitivní (1+)	2,4 %
>>>		5 Pozitivní (3+)	12 %	
----- Celkem za vzorek: n = 42 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1003) Typ senzibilizace anti-IgA**

1	(14) Bio-Rad	>>>	22 Negativní	71 %
	(80) DiaMed	>>>	9 Negativní	29 %
----- Celkem za vzorek: n = 31 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
2	(14) Bio-Rad	>>>	22 Negativní	71 %
	(80) DiaMed	>>>	9 Negativní	29 %
----- Celkem za vzorek: n = 31 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1004) Typ senzibilizace anti-IgM**

1	(14) Bio-Rad	>>>	22 Negativní	71 %
	(80) DiaMed	>>>	9 Negativní	29 %
----- Celkem za vzorek: n = 31 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
2	(14) Bio-Rad	>>>	22 Negativní	71 %

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
2	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	29 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1005) Typ senzibilizace anti-C3c</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>> 22	Negativní	71 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	29 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 22	Negativní	71 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	29 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1006) Typ senzibilizace anti-C3d</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>> 23	Negativní	61 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Negativní	26 %
	(159) Grifols	>>> 4	Negativní	11 %
		1	Pozitivní (4+)	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 97 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 23	Negativní	61 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Negativní	26 %
	(159) Grifols	>>> 3	Negativní	7,9 %
		1	Pozitivní (2+)	2,6 %
		1	Pozitivní (3+)	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT</b>				
1	(14) Bio-Rad	> 1	1:30	4,5 %
		>>> 14	1:100	64 %
	(80) DiaMed	> 1	1:30	4,5 %
		>>> 6	1:100	27 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 15	1:30	68 %
	(80) DiaMed	>>> 6	1:30	27 %
		> 1	1:100	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1</b>				
1	(14) Bio-Rad	> 3	Pozitivní (1+)	13 %
		>>> 12	Pozitivní (2+)	52 %
		> 1	Pozitivní (3+)	4,3 %
	(80) DiaMed	1	Negativní	4,3 %
		> 1	Pozitivní (1+)	4,3 %
		>>> 3	Pozitivní (2+)	13 %
		> 2	Pozitivní (3+)	8,7 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 96 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	26 %
		1	Pozitivní (2+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>> 15	Negativní	65 %
		1	Pozitivní (1+)	4,3 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 96 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
<b>(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
----- Celkem za vzorek: n = 23 -----		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
----- Celkem za vzorek: n = 23 -----		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1019) ABO skupina</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>> 17	Krevní skupina: AB	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Krevní skupina: AB	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Krevní skupina: AB	1,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Krevní skupina: AB	3,6 %
	(159) Grifols	>>> 18	Krevní skupina: AB	32 %
	(172) Immucor	>>> 5	Krevní skupina: AB	8,9 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Krevní skupina: AB	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Krevní skupina: AB	5,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Krevní skupina: AB	1,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 56 -----		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuvedeno	1,8 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 16	Krevní skupina: 0	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Krevní skupina: 0	3,6 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Krevní skupina: 0	1,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Krevní skupina: 0	3,6 %
	(159) Grifols	>>> 18	Krevní skupina: 0	32 %
	(172) Immucor	>>> 5	Krevní skupina: 0	8,9 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Krevní skupina: 0	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Krevní skupina: 0	5,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Krevní skupina: 0	1,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 56 -----		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
<b>(1020) Rh D antigen</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>> 22	Pozitivní (RhD+)	39 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
	(159) Grifols	>>> 19	Pozitivní (RhD+)	33 %
	(170) Biotest	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	7,0 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	7,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 57 -----		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 22	Pozitivní (RhD+)	39 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	3,5 %
	(159) Grifols	>>> 19	Pozitivní (RhD+)	33 %
	(170) Biotest	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	7,0 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	7,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 57 -----		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1021) Antigen C</b>				
1	(14) Bio-Rad	>>> 15	Pozitivní	32 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>> 21	Pozitivní	45 %
	(172) Immucor	>>> 3	Pozitivní	6,4 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 47 -----		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 15	Negativní	32 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,1 %

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N <sub>rel</sub>
2	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	21	Negativní	45 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	6,4 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

**(1022) Antigen c**

1	(0) neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	15	Pozitivní	32 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní	43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			
2	(0) neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	15	Pozitivní	32 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní	43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(1023) Antigen Cw**

1	(14) Bio-Rad	>>>	5	Negativní	13 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	21	Negativní	53 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	7,5 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní	5,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,5 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	5	Negativní	13 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	21	Negativní	53 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní	2,5 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	7,5 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní	5,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,5 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(1024) Antigen E**

1	(14) Bio-Rad	>>>	16	Negativní	33 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	4,2 %
	(159) Grifols	>>>	21	Negativní	44 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	6,3 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	4,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní	33 %

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N <sub>rel</sub>
2	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,2 %
	(159) Grifols	>>>	21	Pozitivní	44 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,3 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

## (1025) Antigen e

1	(14) Bio-Rad	>>>	15	Pozitivní	32 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	21	Pozitivní	45 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	15	Pozitivní	32 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	21	Pozitivní	45 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,4 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## (1026) Antigen K

1	(14) Bio-Rad	>>>	15	Negativní	31 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	4,1 %
	(159) Grifols	>>>	22	Negativní	45 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	6,1 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	4,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,0 %
(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,0 %	
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	15	Negativní	31 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	4,1 %
	(159) Grifols	>>>	22	Negativní	45 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	6,1 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	4,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,0 %
(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,0 %	
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## (1027) Antigen k

1	(14) Bio-Rad	>>>	5	Pozitivní	19 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>>	1	Pozitivní	3,8 %
	(172) Immucor	>>>	1	Pozitivní	3,8 %
	(173) Sanguin	>>>	13	Pozitivní	50 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	5	Pozitivní	19 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Pozitivní	12 %

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
2	(159) Grifols	>>>	1	Pozitivní	3,8 %
	(172) Immucor	>>>	1	Pozitivní	3,8 %
	(173) Sanguin	>>>	13	Pozitivní	50 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(1028) Antigen M**

1	(6) APR	>>>	1	Negativní	4,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Negativní	12 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	5	Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	6	Negativní	24 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	4,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	8,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %			
2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	24 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(1029) Antigen N**

1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	13 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,7 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %			
2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	13 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,7 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(1030) Antigen S**

1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	16 %
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	32 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	28 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %			
2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	4,0 %

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
2	(159)	Grifols	>>>	4 Pozitivní	16 %
	(172)	Immucor	>>>	8 Pozitivní	32 %
	(173)	Sanguin	>>>	7 Pozitivní	28 %
	(183)	Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %					

## (1031) Antigen s

1	(6)	APR	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(14)	Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(64)	Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(80)	DiaMed	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(159)	Grifols	>>>	4 Pozitivní	21 %
	(172)	Immucor	>>>	10 Pozitivní	53 %
	(173)	Sanguin	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 19			Úspěšnost: 100 %		
2	(6)	APR	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(14)	Bio-Rad	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(64)	Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(80)	DiaMed	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(159)	Grifols	>>>	3 Negativní	16 %
				1 Pozitivní	5,3 %
	(172)	Immucor	>>>	10 Negativní	53 %
	(173)	Sanguin	>>>	1 Negativní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 19			Úspěšnost: 95 %	
Celková úspěšnost: 95 %					

## (1032) Antigen P1

1	(14)	Bio-Rad	>>>	3 Pozitivní	14 %
	(64)	Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	14 %
	(80)	DiaMed	>>>	1 Negativní	4,5 %
				1 Pozitivní	4,5 %
	(159)	Grifols	>>>	3 Pozitivní	14 %
	(172)	Immucor	>>>	5 Pozitivní	23 %
	(173)	Sanguin	>>>	6 Pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 22			Úspěšnost: 95 %		
2	(14)	Bio-Rad	>>>	2 Negativní	9,1 %
				1 Pozitivní	4,5 %
	(64)	Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	14 %
	(80)	DiaMed	>>>	1 Negativní	4,5 %
				1 Pozitivní	4,5 %
	(159)	Grifols	>>>	2 Negativní	9,1 %
				1 Pozitivní	4,5 %
	(172)	Immucor	>>>	5 Negativní	23 %
	(173)	Sanguin	>>>	6 Negativní	27 %
Celkem za vzorek: n = 22			Úspěšnost: 86 %		
Celková úspěšnost: 82 %					

## (1033) Antigen Jka

1	(14)	Bio-Rad	>>>	2 Negativní	7,7 %
	(52)	Dynex	>>>	2 Negativní	7,7 %
	(64)	Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	7,7 %
	(80)	DiaMed	>>>	1 Negativní	3,8 %
	(159)	Grifols	>>>	4 Negativní	15 %
				2 Pozitivní	7,7 %
	(172)	Immucor	>>>	6 Negativní	23 %
	(173)	Sanguin	>>>	7 Negativní	27 %
Celkem za vzorek: n = 26			Úspěšnost: 92 %		
2	(14)	Bio-Rad	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(52)	Dynex	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(64)	Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(80)	DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(159)	Grifols	>>>	6 Pozitivní	23 %
	(172)	Immucor	>>>	6 Pozitivní	23 %
	(173)	Sanguin	>>>	7 Pozitivní	27 %
	Celkem za vzorek: n = 26			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 92 %					

## (1034) Antigen Jkb

1	(14)	Bio-Rad	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(52)	Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,8 %

## Cyklus EHK: PAT2/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška				
Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
1	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(159) Grifols	>>>	6 Pozitivní	23 %
	(172) Immucor	>>>	6 Pozitivní	23 %
	(173) Sanguin	>>>	8 Pozitivní	31 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,8 %
	(159) Grifols	>>>	6 Pozitivní	23 %
	(172) Immucor	>>>	6 Pozitivní	23 %
	(173) Sanguin	>>>	8 Pozitivní	31 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (1035) Antigen Lea

1	(14) Bio-Rad	>>>	3 Negativní	15 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	10 %	
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	5,0 %	
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	15 %	
				1 Pozitivní	5,0 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	35 %	
(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	15 %		
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 95 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	3 Negativní	15 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	10 %	
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	5,0 %	
	(159) Grifols	>>>	2 Negativní	10 %	
				2 Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	35 %	
(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	15 %		
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 90 %			
Celková úspěšnost: 90 %					

## (1036) Antigen Leb

1	(14) Bio-Rad	>>>	3 Pozitivní	15 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	5,0 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	35 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	15 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	3 Pozitivní	15 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	5,0 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	35 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	15 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				