

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: PRO2/22 - Proteiny v krevním séru

Stop termín: 23.09.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(46) alfa-1-antitrypsin					86							86	85	99%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
Vzorek A		1,11	0,14	13	86	CVP	1,11	0,038	25%	0,832	1,39	86	85	99%
(1) Abbott		1,07	0,058	5,4	10	0						10		
(12) Beckman Coulter		0,947	0,12	13	8	0						8		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,10	0,059	5,4	8	0						8		
(60) Roche		1,23	0,064	5,2	22	0						22		
(91) Binding Site		0,973	0,049	5,0	9	0						9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,23	0,042	3,4	15	0						15		
(179) Siemens		1,05	0,16	15	7	0						7		
Ostatní					7	0						7		
							1x 0, 3x 162, 3x 166							
Vzorek B		1,53	0,19	12	86	CVP	1,53	0,050	25%	1,14	1,92	86	86	100%
(1) Abbott		1,45	0,091	6,3	10	0						10		
(12) Beckman Coulter		1,37	0,17	12	8	0						8		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,50	0,096	6,4	8	0						8		
(60) Roche		1,67	0,076	4,5	22	0						22		
(91) Binding Site		1,37	0,045	3,2	9	0						9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,73	0,10	6,0	15	0						15		
(179) Siemens		1,45	0,17	12	7	0						7		
Ostatní					7	0						7		
							1x 0, 3x 162, 3x 166							
(53) alfa-2-makroglobulin					25							25	24	96%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
Vzorek A		1,62	0,11	6,8	25	CVP	1,62	0,055	21%	1,27	1,97	25	24	96%
(12) Beckman Coulter		1,47	0,15	10	6	0						6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,68	0,045	2,6	8	0						8		
Ostatní					11	1						11		
							2x 0, 1x 1, 3x 91, 1x 166, 4x 179							
Vzorek B		2,24	0,15	6,7	25	CVP	2,24	0,075	21%	1,76	2,72	25	24	96%
(12) Beckman Coulter		2,14	0,17	8,0	6	0						6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		2,28	0,093	4,1	8	0						8		
Ostatní					11	1						11		
							2x 0, 1x 1, 3x 91, 1x 166, 4x 179							
(47) C3 komplement					132							132	130	98%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
Vzorek A		1,03	0,05	4,8	132	CVP	1,03	0,011	17%	0,854	1,21	132	131	99%
(1) Abbott		1,06	0,019	1,8	15	0						15		
(12) Beckman Coulter		1,00	0,03	3,0	9	0						9		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,02	0,05	4,9	20	0						20		
(60) Roche		1,04	0,047	4,5	42	0						42		
(91) Binding Site		1,02	0,046	4,5	6	0						6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,05	0,047	4,5	17	0						17		
(162) Siemens (Atellica)		0,980	0,045	4,5	7	0						7		
(179) Siemens		0,987	0,031	3,1	10	0						10		
Ostatní					6	0						6		
							1x 0, 2x 166, 1x 177, 1x 178, 1x 999							
Vzorek B		1,78	0,088	4,9	132	CVP	1,78	0,019	17%	1,47	2,09	132	130	98%
(1) Abbott		1,84	0,036	1,9	15	0						15		
(12) Beckman Coulter		1,78	0,022	1,3	9	0						9		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,75	0,086	4,9	20	0						20		
(60) Roche		1,79	0,086	4,8	42	0						42		
(91) Binding Site		1,69	0,0160	0,96	6	0						6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,82	0,11	6,1	17	0						17		
(162) Siemens (Atellica)		1,79	0,052	2,9	7	0						7		
(179) Siemens		1,74	0,082	4,7	10	0						10		
Ostatní					6	0						6		
							1x 0, 2x 166, 1x 177, 1x 178, 1x 999							
(52) C4 komplement					132							132	128	97%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
Vzorek A		0,229	0,018	7,9	132	CVP	0,229	,0039	21%	0,18	0,278	132	130	98%
(1) Abbott		0,241	0,008	3,5	15	0						15		
(12) Beckman Coulter		0,245	0,007	3,0	9	0						9		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,242	0,017	7,0	20	0						20		
(60) Roche		0,214	0,013	6,0	42	0						42		
(91) Binding Site		0,242	0,032	13	6	0						6		

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: PRO2/22 - Proteiny v krevním séru

Stop termín: 23.09.2022

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost								
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(52) C4 komplement	[g/L]				132							132	128	97%	
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		0,229	0,018	7,9	132	CVP	0,229	0,0039	21%	0,18	0,278	132	130	98%	
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,235	0,012	4,9	18	0						18			
(162) Siemens (Atellica)		0,225	0,007	3,3	7	0						7			
(179) Siemens		0,225	0,007	3,3	9	0						9			
Ostatní					6	0						6			
1x 0, 2x 166, 1x 177, 1x 178, 1x 999															
Vzorek B		0,525	0,037	7,1	132	CVP	0,525	0,0080	21%	0,414	0,636	132	130	98%	
(1) Abbott		0,543	0,016	3,0	15	0						15			
(12) Beckman Coulter		0,555	0,022	4,0	9	0						9			
(58) Beckman Coulter (AU)		0,558	0,023	4,2	20	0						20			
(60) Roche		0,499	0,035	7,0	42	0						42			
(91) Binding Site		0,521	0,029	5,6	6	0						6			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,527	0,026	4,8	18	0						18			
(162) Siemens (Atellica)		0,525	0,007	1,4	7	0						7			
(179) Siemens		0,508	0,011	2,2	9	0						9			
Ostatní					6	0						6			
1x 0, 2x 166, 1x 177, 1x 178, 1x 999															
(55) Celková bílkovina	[g/L]				197							197	195	99%	
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		55,8	3,3	5,9	197	CVP	55,8	0,57	12%	49,1	62,5	197	195	99%	
(1) Abbott		53,4	1,5	2,7	48	0						48			
(58) Beckman Coulter (AU)		52,4	0,99	1,9	30	0						30			
(60) Roche		57,5	1,3	2,3	76	0						76			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		57,9	0,81	1,4	5	0						5			
(162) Siemens (Atellica)		59,9	1,2	2,1	11	0						11			
(179) Siemens		59,3	1,9	3,3	16	0						16			
Ostatní					11	0						11			
1x 0, 4x 12, 1x 46, 1x 166, 2x 177, 1x 178, 1x 999															
Vzorek B		79,0	3,0	3,8	197	CVP	79	0,52	12%	69,5	88,5	197	196	99%	
(1) Abbott		77,9	1,4	1,8	48	0						48			
(58) Beckman Coulter (AU)		74,7	1,8	2,4	30	0						30			
(60) Roche		80,3	1,8	2,3	76	0						76			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		81,7	0,96	1,2	5	0						5			
(162) Siemens (Atellica)		81,7	1,5	1,9	11	0						11			
(179) Siemens		81,4	2,2	2,7	16	0						16			
Ostatní					11	0						11			
1x 0, 4x 12, 1x 46, 1x 166, 2x 177, 1x 178, 1x 999															
(49) Ceruloplazmin	[g/L]				67							58	55	95%	
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		0,233	0,045	19	67							58	55	95%	
(1) Abbott; (1) Abbott		0,270	0,000	0,00	6	0	CVPG	0,27	19%	0,218	0,322	6			
(12) Beckman Coulter; (12) Beckman Coulter		0,210	0,03	14	8	0	CVPG	0,214	0,029	19%	0,173	0,255	8		
(58) Beckman Coulter (AU); (58) Beckman Coulter (AU)		0,235	0,007	3,1	8	0	CVPG	0,235	0,0056	19%	0,19	0,28	8		
(60) Roche; (60) Roche		0,208	0,008	4,3	14	0	CVPG	0,206	0,0069	19%	0,166	0,246	14		
(91) Binding Site; (91) Binding Site		0,170	0,015	8,7	9	0	CVPG	0,17	0,018	19%	0,137	0,203	9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,284	0,009	3,3	11	0	CVPG	0,284	0,0068	19%	0,23	0,338	11		
Ostatní					11	0						2			
2x 5/179, 1x 12/58, 1x 60/179, 1x 116/162, 1x 116/166, 2x 116/179, 1x 162/162, 1x 178/179, 1x 179/179															
Vzorek B		0,437	0,097	22	67							58	56	97%	
(1) Abbott; (1) Abbott		0,540	0,015	2,7	6	0	CVPG	0,54	0,021	19%	0,437	0,643	6		
(12) Beckman Coulter; (12) Beckman Coulter		0,375	0,067	18	8	0	CVPG	0,378	0,077	19%	0,306	0,45	8		
(58) Beckman Coulter (AU); (58) Beckman Coulter (AU)		0,412	0,018	4,3	8	0	CVPG	0,412	0,014	19%	0,333	0,491	8		
(60) Roche; (60) Roche		0,380	0,022	5,7	14	0	CVPG	0,377	0,015	19%	0,305	0,449	14		
(91) Binding Site; (91) Binding Site		0,339	0,027	8,1	9	0	CVPG	0,339	0,034	19%	0,274	0,404	9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,555	0,021	3,8	11	0	CVPG	0,555	0,016	19%	0,449	0,661	11		
Ostatní					11	0						2			
2x 5/179, 1x 12/58, 1x 60/179, 1x 116/162, 1x 116/166, 2x 116/179, 1x 162/162, 1x 178/179, 1x 179/179															
(51) Haptoglobin	[g/L]				73							73	69	95%	
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		1,20	0,05	4,1	73	CVP	1,2	0,014	13%	1,04	1,36	73	69	95%	
(1) Abbott		1,23	0,022	1,8	9	0						9			
(58) Beckman Coulter (AU)		1,21	0,055	4,6	11	0						11			
(60) Roche		1,21	0,037	3,1	22	0						22			
(91) Binding Site		1,16	0,028	2,4	5	0						5			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,17	0,05	4,2	12	0						12			
(162) Siemens (Atellica)		1,16	0,022	1,9	5	0						5			

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: PRO2/22 - Proteiny v krevním séru

Stop termín: 23.09.2022

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(51) Haptoglobin					73							73	69	95%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
Vzorek A		1,20	0,05	4,1	73	CVP	1,20	0,014	13%	1,04	1,36	73	69	95%
(179) Siemens		1,17	0,037	3,2	6	0						6		
Ostatní					3	0						3		
Vzorek B		1,58	0,059	3,7	73	CVP	1,58	0,017	13%	1,37	1,79	73	69	95%
(1) Abbott		1,63	0,0070	0,46	9	0						9		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,59	0,065	4,1	11	0						11		
(60) Roche		1,59	0,036	2,3	22	0						22		
(91) Binding Site		1,52	0,022	1,5	5	0						5		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,55	0,053	3,4	12	0						12		
(162) Siemens (Atellica)		1,52	0,037	2,4	5	0						5		
(179) Siemens		1,60	0,022	1,4	6	0						6		
Ostatní					3	0						3		
(41) IgA					222							222	217	98%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
Vzorek A		1,86	0,078	4,2	222	CVP	1,86	0,013	16%	1,56	2,16	222	218	98%
(1) Abbott		1,88	0,084	4,5	46	0						46		
(12) Beckman Coulter		1,85	0,091	4,9	12	0						12		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,85	0,065	3,5	30	0						30		
(60) Roche		1,83	0,078	4,2	68	0						68		
(91) Binding Site		1,86	0,099	5,3	7	0						7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,87	0,067	3,6	17	0						17		
(162) Siemens (Atellica)		1,89	0,076	4,0	12	0						12		
(179) Siemens		1,87	0,066	3,5	19	0						19		
Ostatní					11	0						11		
Vzorek B		2,71	0,096	3,5	222	CVP	2,71	0,016	16%	2,27	3,15	222	220	99%
(1) Abbott		2,72	0,11	4,1	46	0						46		
(12) Beckman Coulter		2,77	0,14	5,2	12	0						12		
(58) Beckman Coulter (AU)		2,70	0,07	2,6	30	0						30		
(60) Roche		2,70	0,08	3,0	68	0						68		
(91) Binding Site		2,71	0,084	3,1	7	0						7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		2,71	0,10	3,9	17	0						17		
(162) Siemens (Atellica)		2,68	0,10	3,8	12	0						12		
(179) Siemens		2,71	0,10	3,7	19	0						19		
Ostatní					11	0						11		
(42) IgG					223							223	221	99%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
Vzorek A		7,45	0,26	3,5	223	CVP	7,45	0,042	15%	6,33	8,57	223	222	100%
(1) Abbott		7,59	0,21	2,7	46	0						46		
(12) Beckman Coulter		7,44	0,30	4,0	12	0						12		
(58) Beckman Coulter (AU)		7,28	0,25	3,4	29	0						29		
(60) Roche		7,47	0,19	2,5	69	0						69		
(91) Binding Site		7,42	0,56	7,5	7	0						7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		7,67	0,38	4,9	17	0						17		
(162) Siemens (Atellica)		7,39	0,30	4,0	12	0						12		
(179) Siemens		7,29	0,26	3,5	19	0						19		
Ostatní					12	0						12		
Vzorek B		11,0	0,40	3,6	223	CVP	11,0	0,066	15%	9,35	12,7	223	222	100%
(1) Abbott		11,3	0,32	2,8	46	0						46		
(12) Beckman Coulter		10,9	0,32	3,0	12	0						12		
(58) Beckman Coulter (AU)		10,6	0,36	3,4	29	0						29		
(60) Roche		11,0	0,28	2,5	69	0						69		
(91) Binding Site		10,8	0,77	7,1	7	0						7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		11,3	0,62	5,5	17	0						17		
(162) Siemens (Atellica)		11,0	0,36	3,3	12	0						12		
(179) Siemens		10,9	0,35	3,3	19	0						19		
Ostatní					12	0						12		
(43) IgM					222							222	219	99%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
Vzorek A		0,487	0,03	6,2	222	CVP	0,487	0,0050	18%	0,399	0,575	222	219	99%
(1) Abbott		0,480	0,03	6,3	46	0						46		
(12) Beckman Coulter		0,497	0,021	4,2	12	0						12		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,495	0,034	6,8	30	0						30		
(60) Roche		0,481	0,025	5,1	68	0						68		
(91) Binding Site		0,528	0,026	4,9	7	0						7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,508	0,033	6,5	17	0						17		

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: PRO2/22 - Proteiny v krevním séru

Stop termín: 23.09.2022

Zkouška	[jednotka]					Srovnatelnost							N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(43) IgM					222								222	219	99%
Vzorky a skupiny	[g/L]														
Vzorek A		0,487	0,03	6,2	222	CVP	0,487	,0050	18%	0,399	0,575		222	219	99%
(162) Siemens (Atellica)		0,482	0,023	4,8	12	0							12		
(179) Siemens		0,478	0,017	3,6	19	0							19		
Ostatní					11	0							11		
							2x 0, 1x 46, 3x 166, 3x 177, 2x 999								
Vzorek B		0,779	0,033	4,3	222	CVP	0,779	,0055	18%	0,638	0,92		222	221	100%
(1) Abbott		0,782	0,04	5,1	46	0							46		
(12) Beckman Coulter		0,785	0,035	4,5	12	0							12		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,780	0,038	4,9	30	0							30		
(60) Roche		0,767	0,023	3,0	68	0							68		
(91) Binding Site		0,797	0,046	5,8	7	0							7		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,805	0,035	4,4	17	0							17		
(162) Siemens (Atellica)		0,775	0,018	2,3	12	0							12		
(179) Siemens		0,773	0,022	2,8	19	0							19		
Ostatní					11	1							11		
							2x 0, 1x 46, 3x 166, 3x 177, 2x 999								
(50) Orosomukoid					60								60	52	87%
Vzorky a skupiny	[g/L]														
Vzorek A		0,756	0,08	11	60	CVP	0,756	0,025	20%	0,604	0,908		60	54	90%
(1) Abbott		0,788	0,032	4,1	11	0							11		
(12) Beckman Coulter		0,652	0,017	2,6	6	0							6		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,730	0,045	6,1	6	0							6		
(60) Roche		0,737	0,028	3,8	15	0							15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,910	0,052	5,7	10	0							10		
Ostatní					12	0							12		
							3x 91, 3x 162, 1x 166, 4x 179, 1x 999								
Vzorek B		1,06	0,10	9,8	60	CVP	1,06	0,033	20%	0,848	1,28		60	57	95%
(1) Abbott		1,09	0,047	4,3	11	0							11		
(12) Beckman Coulter		0,927	0,021	2,2	6	0							6		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,00	0,10	10	6	0							6		
(60) Roche		1,05	0,031	3,0	15	0							15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,26	0,045	3,6	10	0							10		
Ostatní					12	0							12		
							3x 91, 3x 162, 1x 166, 4x 179, 1x 999								
(48) Prealbumin					115								115	114	99%
Vzorky a skupiny	[g/L]														
Vzorek A		0,283	0,013	4,7	115	CVP	0,283	,0030	23%	0,217	0,349		115	115	100%
(1) Abbott		0,283	0,011	3,9	25	0							25		
(12) Beckman Coulter		0,285	0,007	2,6	5	0							5		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,295	0,011	3,8	14	0							14		
(60) Roche		0,277	0,01	3,8	38	0							38		
(91) Binding Site		0,272	0,012	4,4	6	0							6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,281	0,014	5,0	7	0							7		
(162) Siemens (Atellica)		0,293	0,011	3,8	6	0							6		
(179) Siemens		0,295	0,017	5,9	11	0							11		
Ostatní					3	0							3		
							1x 166, 1x 177, 1x 999								
Vzorek B		0,548	0,031	5,7	115	CVP	0,548	,0071	23%	0,421	0,675		115	114	99%
(1) Abbott		0,563	0,027	4,8	25	0							25		
(12) Beckman Coulter		0,538	0,033	6,2	5	0							5		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,531	0,021	4,0	14	0							14		
(60) Roche		0,541	0,029	5,4	38	0							38		
(91) Binding Site		0,533	0,013	2,5	6	0							6		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,540	0,039	7,1	7	0							7		
(162) Siemens (Atellica)		0,580	0,03	5,1	6	0							6		
(179) Siemens		0,566	0,028	4,9	11	0							11		
Ostatní					3	0							3		
							1x 166, 1x 177, 1x 999								
(56) Solubilní transferinový receptor (sTfR)					65								52	51	98%
Vzorky a skupiny	[mg/L]														
Vzorek A		2,09	1,2	56	65								52	51	98%
(12) Beckman Coulter; (12) Beckman Coulter		1,27	0,064	5,0	12	0	CVPG	1,28	0,054	20%	1,02	1,54	12		
(60) Roche; (60) Roche		3,10	0,37	12	24	0	CVPG	3,16	0,18	20%	2,52	3,8	24		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,22	0,03	2,4	10	0	CVPG	1,22	0,023	20%	0,976	1,47	10		
Ostatní					19	0							6		
							1x 1/1, 1x 12/58, 3x 60/1, 1x 60/58, 1x 60/162, 2x 75/162, 1x 75/179, 1x 166/166, 1x 999/1, 4x 999/58, 3x 999/179								
Vzorek B		2,66	1,5	56	65								52	52	100%
(12) Beckman Coulter; (12) Beckman Coulter		1,52	0,071	4,7	12	0	CVPG	1,53	0,057	20%	1,22	1,84	12		
(60) Roche; (60) Roche		3,99	0,33	8,2	24	0	CVPG	4,03	0,16	20%	3,22	4,84	24		

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: PRO2/22 - Proteiny v krevním séru

Stop termín: 23.09.2022

Zkouška	[jednotka]					Srovnatelnost							N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(56) Solubilní transferinový receptor (sTfR)	[mg/L]				65								52	51	98%
Vzorky a skupiny															
Vzorek B		2,66	1,5	56	65								52	52	100%
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension);		1,62	0,08	5,0	10	0	CVPG	1,62	0,062	20%	1,29	1,95	10		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)															
Ostatní					19	0							6		
								1x 1/1, 1x 12/58, 3x 60/1, 1x 60/58, 1x 60/162, 2x 75/162, 1x 75/179, 1x 166/166, 1x 999/1, 4x 999/58, 3x 999/179							
(44) Transferin	[g/L]				202								202	200	99%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		2,50	0,08	3,2	202		CVP	2,5	0,014	14%	2,15	2,85	202	201	100%
(1) Abbott		2,56	0,072	2,8	46	0							46		
(12) Beckman Coulter		2,61	0,19	7,1	6	0							6		
(58) Beckman Coulter (AU)		2,49	0,055	2,2	28	0							28		
(60) Roche		2,49	0,058	2,3	74	0							74		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		2,43	0,12	5,1	11	0							11		
(162) Siemens (Atellica)		2,47	0,065	2,6	11	0							11		
(179) Siemens		2,41	0,092	3,8	19	0							19		
Ostatní					7	0							7		
								2x 91, 3x 177, 1x 178, 1x 999							
Vzorek B		3,47	0,11	3,3	202		CVP	3,47	0,020	14%	2,98	3,96	202	200	99%
(1) Abbott		3,56	0,10	2,9	46	0							46		
(12) Beckman Coulter		3,62	0,20	5,5	6	0							6		
(58) Beckman Coulter (AU)		3,48	0,10	3,0	28	0							28		
(60) Roche		3,46	0,092	2,6	74	0							74		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		3,36	0,15	4,6	11	0							11		
(162) Siemens (Atellica)		3,40	0,062	1,8	11	0							11		
(179) Siemens		3,39	0,11	3,2	19	0							19		
Ostatní					7	1							7		
								2x 91, 3x 177, 1x 178, 1x 999							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 01.10.2022