

Cyklus EHK: RET1/22 - Retikulocyty mikroskopicky

Stop termín: 17.06.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(211) Retikulocyty					56							0		
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		286	97	34	56							0		
Všechny výsledky		286	97	34	56	2	CVP	286	32	45%	157	415	0	
Vzorek B		48,5	25	51	56							0		
Všechny výsledky		48,5	25	51	56	1	CVP	48,5	8,1	45%	26,6	70,4	0	

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 22.06.2022